

## G3/G4 Coagulazione ampliata 2017-3

### Istruzioni

- Le cifre corrispondono al numero di partecipanti che hanno fornito questi risultati.
- I campi incorniciati mostrano i risultati inoltrati dal vostro laboratorio.
- I risultati quantitativi sono ora integrati nella valutazione normale. I "valori obiettivo" sono formati dalla media dei partecipanti elaborata eliminando quelli estremi all'infuori dei limiti di tolleranza
- Nel caso del tempo di trombina viene valutata soltanto l'interpretazione.
- 

### Interpretazione dei risultati

Nessuna anticoagulazione		Normale	Valore limite	Anormale
G3	PTT	24	0	1
G3	Tempo di trombina	16	2	1

Terapia all'eparina		Senza eparina	Subterapia	Terapia	Troppo forte
G4	PTT	2	1	15	1
G4	Tempo di trombina	1	2	11	1

14.9.2017nka

### Distribuzione di tutti i risultati aPTT

La forte distribuzione dei risultati quantitativi rende difficile il calcolo del valore obiettivo. Per tale ragione abbiamo illustrato i risultato ricorrendo a un istogramma.

