

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Rapporto del controllo circolare

2017 - 3

Campioni

Prima e durante la spedizione sono state controllate l'omogeneità e la stabilità di tutti i campioni e non sono state riscontrate irregolarità. I test sono stati condotti nei laboratori dell'ospedale universitario di Zurigo (<http://www.uzl.usz.ch/>).

I seguenti campioni sono stati prodotti appositamente per MQ in subappalto:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Ematologia parassitaria, K14 Marker tumorale.

Determinazione dei valori assegnati

Per ogni valore assegnato è indicato il tipo di procedura secondo ISO17043:2010, B2.1 (colonna "tipo"):

- a) Valori noti, derivati dalla formulazione del materiale
- b) Valori di riferimento certificati per campioni particolari
- c) Valori di riferimento, determinati da analisi
- d) Valori di consenso da laboratori partecipanti esperti
- e) Valori di consenso dai partecipanti

In gruppi con più di 9 partecipanti i valori assegnati vengono in genere determinati con il valore di consenso ("e"). Per la determinazione del valore bersaglio viene utilizzato il valore medio del collettivo di quel metodo. I valori con una deviazione rispetto al valore teorico superiore a 1.5 volte la tolleranza Qualab vengono considerati outlier ed eliminati dal calcolo del valore bersaglio. Come valore di partenza per l'eliminazione degli outlier si utilizzano i risultati degli esami di idoneità.

Per garantire a tutti i partecipanti valori assegnati rappresentativi, in gruppi più piccoli possono essere adottate anche altre procedure.

Incertezza dei valori assegnati

L'incertezza standard (u_x) viene calcolata con la seguente formula (ISO13528):

$u_x = (\text{valore assegnato}/100) \cdot 1.25 / \text{radice quadrata del numero di partecipanti} \cdot \text{coeff. variazione (CV)\%}$

u_x ha la stessa unità di misura del valore assegnato

u_x è paragonabile alla deviazione standard (SD) del collettivo dei partecipanti (SD: valore assegnato \cdot CV%/100)

Se il numero dei partecipanti è superiore a 18, l'incertezza standard è molto inferiore alla variabilità del collettivo e può essere ignorata


Tolleranze QUALAB e MQ

Per le analisi obbligatorie vengono utilizzate le tolleranze Qualab (www.qualab.ch, esterne Qualitätskontrolle). Per le analisi non obbligatorie le tolleranze vengono definite dal direttore dei controlli circolari MQ.

Se l'incertezza calcolata u_x del valore assegnato è superiore al 15% della tolleranza QUALAB o MQ, appare un asterisco accanto alla lettera che descrive la procedura di calcolo del valore assegnato (per esempio "e*"), per avvisare il partecipante che l'incertezza del valore assegnato può avere un'influenza sull'esito del controllo.

Rappresentazioni grafiche

I risultati sono rappresentati graficamente come segue:



Confronto degli strumenti

I dati in questa parte del rapporto consentono di paragonare l'efficienza dei vari strumenti. Non vanno però dimenticati i seguenti dettagli:


- Il campione di controllo K1 è un siero di controllo commerciale pronto per l'uso. Nonostante il campione sia di origine umana, non si può escludere l'insorgenza di effetti di matrice. Questi dipendono dallo strumento e portano a valori assegnati differenti.
- E' stato analizzato solo un campione. Poiché la distribuzione dei risultati dipende dalla natura del campione (effetto matrice) e dal valore stesso, i coefficienti di variazione determinati (in %) non hanno una validità generale.
- Gran parte dei valori anomali deriva da errori amministrativi (unità di misura sbagliata, scambio dei risultati) o da errori di manualità (campione sbagliato, non correttamente disciolto, non abbastanza mescolato) e non ha a che fare con lo strumento.

Zurigo, 29.9.2017

Dr. R. Fried
Direttore controlli circolari


Non è permesso pubblicare questo rapporto o alcuna sua parte senza il permesso scritto della nostra associazione. L'originale si trova nell'archivio su www.mqzh.ch

Quick OA




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	2.26	5.2	e*
2 Innovin	17	94.1	5.9	0.0	1.62	6.6	e
3 Recombiplastin 2G	17	100.0	0.0	0.0	1.72	4.0	e
4 Eurolyser	5	60.0	20.0	20.0	1.60	15.1	e*
5 Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	1.78	3.5	e

Fibrinogeno OA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	1.01	2.1	e
2 Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	1.19	7.0	e*
3 Fibrinogen Q.F.A.	8	100.0	0.0	0.0	1.23	6.4	e*

aPTT OA




Tolleranza QUALAB : 25 %

aPTT OA (Sek)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	11	100.0	0.0	0.0	47.4	9.4	e
2 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	68.8	4.8	e
3 Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	51.6	6.1	e
4 aPTT-SP	12	100.0	0.0	0.0	44.2	8.4	e

INR CoaguChek




Tolleranza QUALAB : 15 %

INR CoaguChek ()


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CoaguChek Pro II	188	98.9	0.0	1.1	1.2	2.5	e

Quick N




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	7	100.0	0.0	0.0	86	5.4	e*
2 Neoplastin Plus	5	100.0	0.0	0.0	87	6.7	e*
3 Innovin	12	100.0	0.0	0.0	92	6.1	e
4 Recombiplastin 2G	17	94.1	5.9	0.0	98	6.0	e

Fibrinogeno N



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.53	6.1	e*
2 Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	2.80	7.6	e*
3 Fibrinogen Q.F.A.	8	100.0	0.0	0.0	2.74	6.9	e*
4 Fib Clauss (IL)	7	100.0	0.0	0.0	2.66	5.0	e*

aPTT N




Tolleranza QUALAB : 25 %

aPTT N (Sek)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	25.7	3.5	e
2 Pathromtin SL	4	75.0	25.0	0.0	39.0	19.5	e*
3 Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	33.0	2.2	e
4 aPTT-SP	13	100.0	0.0	0.0	26.4	3.5	e

Quick H




Tolleranza QUALAB : 15 %

Quick H (%)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	7	100.0	0.0	0.0	95	3.1	e
2 Innovin	9	100.0	0.0	0.0	96	3.9	e
3 Recombiplastin 2G	10	100.0	0.0	0.0	98	4.9	e

Fibrinogeno H



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	3.09	2.7	e
2 Stago/STA	8	87.5	12.5	0.0	3.10	9.1	e*
3 Fib Clauss (IL)	5	80.0	20.0	0.0	2.95	7.8	e*

aPTT H




Tolleranza QUALAB : 25 %

aPTT H (Sek)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	8	100.0	0.0	0.0	57.0	6.7	e
2 altro	4	100.0	0.0	0.0	82.2	9.8	e*
3 Stago/STA	5	100.0	0.0	0.0	64.7	5.0	e
4 aPTT-SP	7	100.0	0.0	0.0	74.0	13.2	e*

D-Dimeri NC




Tolleranza QUALAB : 21 %

D-Dimeri NC (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 NycoCard	18	66.6	16.7	16.7	0.77	15.8	e*

D-Dimeri




Tolleranza QUALAB : 21 %

D-Dimeri (mg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 STA Liatest	10	100.0	0.0	0.0	1.81	3.0	e
2 Siemens Innovance	4	100.0	0.0	0.0	2.98	7.6	e*
3 Eurolyser (Cutoff 0.	6	83.3	16.7	0.0	1.79	13.5	e*
4 Eurolyser	22	91.0	4.5	4.5	1.85	12.3	e*
5 ACL	6	100.0	0.0	0.0	2.56	5.9	e
6 AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	1.19	4.4	e
7 VIDAS	18	100.0	0.0	0.0	1.68	6.5	e

CoaguChek APTT



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CoaguChek Pro II	7	100.0	0.0	0.0	113.0	6.1	e

INR CCXS




Tolleranza QUALAB : 15 %

INR CCXS ()


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CoaguChek XS	2174	97.7	1.7	0.6	2.6	5.1	e

INR HC




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Hemochron j.	12	66.7	8.3	25.0	4.1	11.4	e*

INR MI



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 MicroINR	100	81.0	9.0	10.0	2.0	8.9	e

INR Xprecia




Tolleranza QUALAB : 15 %

INR Xprecia ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Xprecia	53	98.1	0.0	1.9	3.1	5.4	e

Emoglobina




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	34	97.1	0.0	2.9	110.1	2.9	e
2 Cianometemoglobina	36	97.2	2.8	0.0	109.8	2.9	e
3 Sysmex X	41	100.0	0.0	0.0	111.1	1.7	e
4 Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	113.0	1.7	e
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	108.7	1.0	e
6 Reflotron	60	86.6	6.7	6.7	117.0	4.8	e
7 Hemocue	364	93.7	1.9	4.4	108.0	2.6	e
8 Dr. Lange	16	81.2	12.5	6.3	113.5	6.5	e*
9 Hemocontrol	14	85.8	7.1	7.1	111.4	3.7	e
10 Eurolyser	6	100.0	0.0	0.0	114.5	1.6	e
11 DiaSpect	10	90.0	0.0	10.0	115.0	2.9	e
12 MS4	4	100.0	0.0	0.0	111.0	3.7	e*

Emoglobina




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Micros 60	294	96.6	0.3	3.1	107.8	2.8	e
2 Sysmex KX21	343	97.4	0.6	2.0	110.9	1.8	e
3 Sysmex Poch - 100i	207	94.3	1.4	4.3	109.0	2.5	e
4 Sysmex XP 300	364	98.1	0.3	1.6	110.6	1.7	e
5 Mythic	259	95.8	1.9	2.3	106.2	3.5	e
6 Swelab	53	94.3	1.9	3.8	111.0	3.1	e
7 Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	111.0	3.2	e
8 Medonic	14	92.9	7.1	0.0	110.7	3.9	e
9 Nihon Kohden Celltac	61	90.2	1.6	8.2	111.1	2.8	e
10 Samsung HC10	45	95.6	0.0	4.4	109.7	2.6	e
11 Norma Icon 3	10	100.0	0.0	0.0	110.1	2.5	e

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (H)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	28	92.9	7.1	0.0	0.31	4.5	e
2 Centrifuga	12	75.0	25.0	0.0	0.32	6.9	e*
3 Sysmex X	41	100.0	0.0	0.0	0.32	2.7	e
4 Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	0.30	3.3	e*
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	0.29	2.8	e
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	0.29	5.6	e*

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (H)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Micros 60	294	94.2	3.1	2.7	0.29	3.9	e
2 Sysmex KX21	343	97.6	0.9	1.5	0.29	2.3	e
3 Sysmex Poch - 100i	207	93.8	1.9	4.3	0.32	3.2	e
4 Sysmex XP 300	359	98.1	0.0	1.9	0.30	2.1	e
5 Mythic	258	96.2	1.9	1.9	0.30	4.0	e
6 Swelab	53	96.2	0.0	3.8	0.30	3.6	e
7 Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	0.32	3.7	e*
8 Medonic	14	92.9	0.0	7.1	0.30	3.2	e
9 Nihon Kohden Celltac	61	90.2	0.0	9.8	0.31	3.1	e
10 Samsung HC10	45	91.2	4.4	4.4	0.33	3.7	e
11 Norma Icon 3	10	100.0	0.0	0.0	0.31	5.6	e*

Eritrociti



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	27	100.0	0.0	0.0	3.66	3.6	e
2 Microscopio	7	100.0	0.0	0.0	3.36	8.3	e*
3 Sysmex X	42	100.0	0.0	0.0	3.70	1.8	e
4 Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	3.63	2.3	e
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	3.66	1.6	e
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	3.63	2.5	e

Eritrociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Micros 60	293	98.6	0.7	0.7	3.61	4.8	e
2 Sysmex KX21	343	98.8	0.6	0.6	3.68	3.1	e
3 Sysmex Poch - 100i	206	98.0	0.5	1.5	3.80	4.2	e
4 Sysmex XP 300	361	99.2	0.8	0.0	3.70	3.5	e
5 Mythic	258	98.8	0.8	0.4	3.56	4.5	e
6 Swelab	53	98.1	1.9	0.0	3.68	6.0	e
7 Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	3.86	3.9	e
8 Medonic	14	100.0	0.0	0.0	3.69	4.3	e
9 Nihon Kohden Celltac	61	96.8	1.6	1.6	3.73	5.9	e
10 Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	3.67	5.8	e
11 Norma Icon 3	10	100.0	0.0	0.0	3.63	4.6	e

Leucociti



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	25	100.0	0.0	0.0	6.11	9.5	e
2 Microscopio	39	94.9	5.1	0.0	5.70	11.4	e
3 Sysmex X	42	100.0	0.0	0.0	6.60	6.7	e
4 Advia 120 (Perox)	8	100.0	0.0	0.0	6.70	15.8	a
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	6.59	4.6	e
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	6.72	14.7	e*

Leucociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Micros 60	294	99.0	0.3	0.7	5.99	6.6	e
2 Sysmex KX21	342	100.0	0.0	0.0	6.30	5.6	e
3 Sysmex Poch - 100i	207	98.5	1.0	0.5	6.33	6.6	e
4 Sysmex XP 300	363	99.7	0.3	0.0	6.46	5.5	e
5 Mythic	257	99.2	0.8	0.0	6.02	6.9	e
6 Swelab	53	100.0	0.0	0.0	6.40	6.6	e
7 Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	7.92	6.4	e
8 Medonic	14	100.0	0.0	0.0	6.40	7.5	e
9 Nihon Kohden Celltac	60	100.0	0.0	0.0	6.50	6.1	e
10 Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	6.22	6.8	e
11 Norma Icon 3	10	100.0	0.0	0.0	5.97	8.8	e

Trombociti



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	23	100.0	0.0	0.0	198.3	10.7	e
2 Microscopio	24	87.5	4.2	8.3	206.3	14.3	e
3 Sysmex X	41	97.6	0.0	2.4	196.0	5.1	e
4 Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	197.0	7.2	e
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	197.7	5.6	e
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	187.0	4.1	e

Trombociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Trombociti (G/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Micros 60	294	95.5	3.1	1.4	199.1	9.8	e
2 Sysmex KX21	343	99.4	0.6	0.0	201.3	6.2	e
3 Sysmex Poch - 100i	207	99.5	0.0	0.5	202.3	6.0	e
4 Sysmex XP 300	362	99.4	0.6	0.0	210.8	5.8	e
5 Mythic	259	97.7	0.8	1.5	187.8	10.4	e
6 Swelab	53	92.5	7.5	0.0	178.1	10.2	e
7 Abacus Junior	11	90.9	0.0	9.1	219.2	12.7	e*
8 Medonic	14	100.0	0.0	0.0	178.9	6.9	e
9 Nihon Kohden Celltac	61	96.8	1.6	1.6	216.4	7.3	e
10 Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	207.7	9.5	e
11 Norma Icon 3	10	100.0	0.0	0.0	197.9	10.5	e*

Emoblogina H2



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	278	96.8	1.8	1.4	107.8	3.3	e
2 Microsemi	521	97.7	1.3	1.0	110.7	2.4	e

Ematocrito H2




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito H2 (l/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	278	93.9	3.6	2.5	0.30	3.8	e
2 Microsemi	521	98.4	1.2	0.4	0.29	2.8	e

Leucociti H2




Tolleranza QUALAB : 25 %

Leucociti H2 (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	278	98.2	0.4	1.4	5.00	7.4	e
2 Microsemi	522	98.6	0.8	0.6	5.23	6.3	e

Trombociti H2




Tolleranza QUALAB : 25 %

Trombociti H2 (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	278	88.9	2.5	8.6	209.4	10.1	e
2 Microsemi	522	97.7	1.0	1.3	209.4	7.4	e

Eritrociti H2




Tolleranza QUALAB : 25 %

Eritrociti H2 (T/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	277	98.9	0.4	0.7	3.71	4.6	e
2 Microsemi	521	99.2	0.0	0.8	3.63	2.5	e

CRP H2




Tolleranza QUALAB : 21 %

CRP H2 (mg/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Microsemi	519	92.7	4.6	2.7	22.8	9.5	e
2 Abx Micros	37	94.6	5.4	0.0	23.0	10.3	e
3 ABX Micros CRP200	240	92.0	6.7	1.3	21.5	11.3	e

Emoglobina BG




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina BG (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	6	100.0	0.0	0.0	190.0	2.4	e

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (l/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	7	100.0	0.0	0.0	0.56	2.3	e

Emoglobina




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	45	97.8	2.2	0.0	145.8	1.9	e
2 Advia	10	100.0	0.0	0.0	146.7	1.8	e
3 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	145.0	2.1	e

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (l/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	45	100.0	0.0	0.0	0.56	3.8	e
2 Advia	10	100.0	0.0	0.0	0.54	2.1	e
3 ABX Pentra	7	85.7	0.0	14.3	0.49	2.8	e

Eritrociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	45	100.0	0.0	0.0	7.20	1.7	e
2 Advia	10	100.0	0.0	0.0	6.99	1.5	e
3 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	7.06	1.9	e

Leucociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	45	100.0	0.0	0.0	20.14	3.0	e
2 Advia	10	100.0	0.0	0.0	18.90	5.7	e
3 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	19.80	3.7	e

Trombociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	45	97.8	2.2	0.0	400.8	9.3	e
2 Advia	10	100.0	0.0	0.0	320.3	11.2	e*
3 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	370.0	7.0	e

Neutrofili




Tolleranza QUALAB : 25 %

Neutrofili (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	45	100.0	0.0	0.0	17.69	3.6	e
2 Advia	10	100.0	0.0	0.0	16.51	6.4	e
3 ABX Pentra	7	85.7	14.3	0.0	16.60	12.0	e*

Linfociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Linfociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	45	100.0	0.0	0.0	1.24	6.3	e
2 Advia	10	90.0	0.0	10.0	1.06	12.7	e*
3 ABX Pentra	7	85.7	0.0	14.3	1.64	9.6	e*

Monociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Monociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	45	100.0	0.0	0.0	0.59	31.7	a
2 Advia	10	100.0	0.0	0.0	0.59	36.9	a
3 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	0.74	50.0	a

Eosinofili




Tolleranza QUALAB : 50 %

Eosinofili (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	45	100.0	0.0	0.0	0.50	10.7	e
2 Advia	10	100.0	0.0	0.0	0.34	15.1	e
3 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	0.39	18.9	e*

Basofili




Tolleranza QUALAB : 80 %

Basofili (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	45	100.0	0.0	0.0	0.30	22.7	e
2 Advia	10	90.0	0.0	10.0	0.28	21.1	e
3 ABX Pentra	7	71.4	28.6	0.0	0.20	77.3	a

Reticolociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Reticolociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	22	95.5	0.0	4.5	53.9	17.5	a
2 Advia	8	100.0	0.0	0.0	64.9	8.6	a

Hämolyseindex Probe A




Tolleranza QUALAB : 15 %

Hämolyseindex Probe A ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	142.0	6.8	e

Hämolysindex Probe B




Tolleranza QUALAB : 15 %

Hämolysindex Probe B ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	54.9	7.3	e


Velocità di eritrosedimentazione 1h



Tolleranza QUALAB : 30 % Velocità di eritrosedimentazione 1h (mm/h)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sarstedt Sedivette	8	87.5	0.0	12.5	7	16.5	e*
2 BD Seditainer	9	88.9	11.1	0.0	7	22.7	e*
3 altro	5	100.0	0.0	0.0	8	18.1	e*

CRP




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	54.7	8.7	e
2 Turbidimetrie	42	100.0	0.0	0.0	59.9	5.8	e
3 Afinion	1316	99.5	0.3	0.2	52.9	6.2	e
4 NycoCard SingleTest-	273	80.6	8.4	11.0	60.2	11.9	e
5 Quick Read go	174	97.2	1.1	1.7	59.0	6.0	e
6 Eurolyser	123	65.9	8.9	25.2	79.9	13.0	e
7 Fuji Dri-Chem	24	91.6	4.2	4.2	60.6	12.1	e
8 Autolyser/DiaSys	11	100.0	0.0	0.0	52.6	6.0	e
9 Piccolo	8	87.5	0.0	12.5	73.8	3.3	e
10 AFIAS	19	84.2	5.3	10.5	69.8	12.0	e*

CRP



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 QuickRead (sangue)	114	97.4	0.0	2.6	99.7	5.2	e

CRP




Tolleranza QUALAB : 21 %

CRP (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	61.0	6.6	e
2 Spotchem D-Concept	5	100.0	0.0	0.0	66.6	7.5	e*
3 Spotchem SI-3510	5	100.0	0.0	0.0	56.5	2.6	e
4 altro	6	83.3	0.0	16.7	57.1	5.8	e

IgG




Tolleranza QUALAB : 25 %

IgG (g/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	12	100.0	0.0	0.0	14.7	4.4	e
2 Nephelometrie	8	100.0	0.0	0.0	15.3	6.7	e

IgA




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	12	100.0	0.0	0.0	2.8	6.6	e
2 Nephelometrie	8	100.0	0.0	0.0	3.1	5.6	e

IgM



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	7	100.0	0.0	0.0	1.4	5.8	e
2 Nephelometrie	8	100.0	0.0	0.0	1.5	11.8	e*
3 Cobas Integra 800/40	5	100.0	0.0	0.0	1.4	1.4	e

IgE




Tolleranza QUALAB : 20 %

IgE (kU/L)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	10	90.0	10.0	0.0	183	11.9	e*

Alpha-1-Antitripsina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.70	9.9	e*

Anticorpi anti-streptolisina




Tolleranza QUALAB : 25 %

Anticorpi anti-streptolisina (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	12	100.0	0.0	0.0	247	3.8	e

Complemento C3




Tolleranza QUALAB : 25 %

Complemento C3 (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	12	100.0	0.0	0.0	2.26	6.7	e

Complemento C4




Tolleranza QUALAB : 25 %

Complemento C4 (g/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	11	100.0	0.0	0.0	0.46	10.7	e*

Aptoglobina




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	13	100.0	0.0	0.0	1.95	3.5	e

Transferrina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	22	100.0	0.0	0.0	3.07	3.3	e

Beta-2-Mikroglobulin




Tolleranza QUALAB : 25 %

Beta-2-Mikroglobulin (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	2.45	12.8	e*

Fattore reumatoide




Tolleranza QUALAB : 25 %

Fattore reumatoide (U/ml)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	100.0	0.0	0.0	34.0	3.7	e

Präalbumin



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	9	100.0	0.0	0.0	290.0	7.0	e

Lipoprotein (a)




Tolleranza QUALAB : 25 %

Lipoprotein (a) (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	62	9.9	a

Albumina




Tolleranza QUALAB : 12 %

Albumina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	28	96.4	3.6	0.0	29	4.7	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	32	2.8	e
3 Fuji Dri-Chem	202	99.0	0.5	0.5	36	3.8	e
4 Spotchem/Ready	34	85.3	11.8	2.9	29	6.5	e
5 Spotchem D-Concept	105	99.0	1.0	0.0	34	5.6	e
6 Piccolo	39	100.0	0.0	0.0	33	3.2	e
7 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	32	1.3	e
8 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	31	5.8	e*
9 Hitachi S40/M40	8	100.0	0.0	0.0	29	4.4	e*
10 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	31	5.4	e*

Fosfatasi alcalina




Tolleranza QUALAB : 18 %

Fosfatasi alcalina (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	8	100.0	0.0	0.0	91	7.1	e*
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	81	3.5	e
3 Reflotron	605	95.5	2.8	1.7	113	7.1	e
4 Fuji Dri-Chem	724	99.4	0.3	0.3	97	5.1	e
5 Spotchem/Ready	89	94.4	4.5	1.1	110	7.8	e
6 Spotchem D-Concept	189	98.4	0.5	1.1	91	5.5	e
7 Hitachi S40/M40	17	100.0	0.0	0.0	79	5.9	e
8 Beckman	21	100.0	0.0	0.0	101	6.7	e
9 Piccolo	35	97.1	2.9	0.0	94	6.8	e
10 Abx Mira	8	75.0	25.0	0.0	99	14.4	e*
11 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	95	3.7	e
12 Autolyser/DiaSys	16	93.7	6.3	0.0	95	7.1	e

Amilasi




Tolleranza QUALAB : 18 %

Amilasi (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	17	100.0	0.0	0.0	90	4.7	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	87	2.8	e
3 Reflotron	161	97.5	1.9	0.6	97	5.7	e
4 Fuji Dri-Chem	526	99.4	0.2	0.4	91	3.7	e
5 Spotchem/Ready	60	96.7	3.3	0.0	121	8.9	e
6 Spotchem D-Concept	140	99.3	0.7	0.0	95	6.6	e
7 Piccolo	34	100.0	0.0	0.0	75	2.9	e
8 Abx Mira	6	83.3	16.7	0.0	87	11.6	e*
9 Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	97	4.0	e
10 Autolyser/DiaSys	5	100.0	0.0	0.0	78	4.4	e

Amilasi pancreatica




Tolleranza QUALAB : 18 %

Amilasi pancreatica (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	22	100.0	0.0	0.0	64	3.6	e
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	63	3.1	e
3 Reflotron	409	97.1	1.2	1.7	76	5.7	e
4 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	65	4.0	e

Bilirubina totale




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina totale (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	12	100.0	0.0	0.0	29.7	5.4	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	26.6	4.6	e
3 Reflotron	445	94.9	2.2	2.9	25.3	7.2	e
4 Fuji Dri-Chem	556	98.0	1.3	0.7	28.0	6.5	e
5 Spotchem/Ready	75	97.3	2.7	0.0	25.5	8.2	e
6 Spotchem D-Concept	155	98.8	0.6	0.6	23.0	5.7	e
7 Beckman	19	100.0	0.0	0.0	32.4	3.6	e
8 Piccolo	38	97.4	2.6	0.0	29.8	5.6	e
9 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	32.5	6.5	e*
10 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	28.4	9.9	e*
11 Hitachi S40/M40	13	84.6	7.7	7.7	29.1	9.1	e*
12 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	27.2	8.1	e

Bilirubina diretto




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina diretto (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	30	86.7	0.0	13.3	15.8	6.3	e

Calcio




Tolleranza QUALAB : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	33	100.0	0.0	0.0	1.98	3.1	e
2 Cobas	14	92.9	0.0	7.1	1.97	2.8	e
3 Fuji Dri-Chem	349	97.7	0.3	2.0	1.94	4.0	e
4 Spotchem/Ready	25	92.0	4.0	4.0	1.89	7.0	e
5 Spotchem D-Concept	82	95.1	1.2	3.7	1.59	5.5	e
6 Piccolo	38	100.0	0.0	0.0	1.99	2.9	e
7 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	2.04	4.9	e*
8 Hitachi S40/M40	12	91.7	8.3	0.0	1.88	6.2	e*
9 Autolysier/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	2.14	2.5	e

Calcium ISE




Tolleranza QUALAB : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE diretto	4	100.0	0.0	0.0	1.05	1.4	e
2 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	0.98	2.0	e

Cloruri




Tolleranza QUALAB : 6 %

Cloruri (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	28	100.0	0.0	0.0	89	1.9	e
2 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	84	1.8	e
3 Fuji Dri-Chem	669	98.1	1.3	0.6	89	2.0	e
4 Spotchem D-Concept	177	97.8	1.1	1.1	90	2.0	e
5 Chimica umida	4	100.0	0.0	0.0	91	2.1	e*
6 Spotchem EL-SE 1520	104	93.3	4.8	1.9	91	2.8	e
7 Piccolo	20	95.0	5.0	0.0	88	3.2	e
8 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	88	1.2	e

Colesterolo




Tolleranza QUALAB : 10 %

Colesterolo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	30	96.7	3.3	0.0	3.99	3.7	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	3.94	3.6	e
3 Reflotron	633	98.9	0.5	0.6	3.95	3.4	e
4 Fuji Dri-Chem	730	98.5	0.8	0.7	3.97	3.7	e
5 Spotchem/Ready	115	96.5	3.5	0.0	3.91	4.6	e
6 Spotchem D-Concept	196	99.0	0.0	1.0	3.93	3.0	e
7 Piccolo	21	95.2	0.0	4.8	3.91	1.8	e
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	3.80	3.3	e*
9 Cholestech LDX	168	95.8	3.6	0.6	3.82	4.7	e
10 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	4.05	3.9	e*
11 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	3.95	2.3	e
12 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	4.00	4.2	e
13 altro	4	100.0	0.0	0.0	3.00	5.6	e*

Colesterolo HDL




Tolleranza QUALAB : 21 %

Colesterolo HDL (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Pentra/Selectra	8	100.0	0.0	0.0	0.91	6.6	e
2 umida, diretto	21	100.0	0.0	0.0	0.98	4.0	e
3 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	0.75	7.2	e
4 Reflotron	466	84.7	8.6	6.7	0.67	12.5	e
5 Fuji Dri-Chem	699	98.7	0.4	0.9	0.94	4.3	e
6 Spotchem/Ready	105	98.1	1.9	0.0	0.69	9.4	e
7 Spotchem D-Concept	194	96.4	3.1	0.5	0.62	9.3	e
8 Piccolo	20	95.0	0.0	5.0	0.76	6.4	e
9 Cholestech LDX	167	94.0	3.6	2.4	0.84	8.9	e
10 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	0.99	4.4	e
11 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	1.00	5.6	e

Creatina chinasi




Tolleranza QUALAB : 18 %

Creatina chinasi (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	31	100.0	0.0	0.0	161	4.3	e
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	158	2.8	e
3 Reflotron	383	92.7	4.4	2.9	147	7.9	e
4 Fuji Dri-Chem	459	98.9	0.4	0.7	159	4.0	e
5 Spotchem/Ready	48	91.6	2.1	6.3	145	7.5	e
6 Spotchem D-Concept	127	100.0	0.0	0.0	147	6.7	e
7 Piccolo	17	100.0	0.0	0.0	174	5.8	e
8 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	165	4.2	e
9 Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	142	6.4	e
10 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	169	2.3	e

LDL Cholesterin




Tolleranza QUALAB : 25 %

LDL Cholesterin (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	4	100.0	0.0	0.0	2.6	7.1	e*
2 Roche, Cobas	5	100.0	0.0	0.0	2.6	3.1	e
3 Hitachi S40/M40	8	100.0	0.0	0.0	1.9	4.9	e
4 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	2.3	7.7	e
5 Beckman	11	100.0	0.0	0.0	2.6	3.6	e

Ferro




Tolleranza QUALAB : 20 %

Ferro (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	17	100.0	0.0	0.0	21	5.7	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	21	2.5	e
3 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	19	5.0	e

Gamma-GT



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	64	5.5	e*
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	54	5.9	e
3 Reflotron	786	97.1	1.5	1.4	75	5.9	e
4 Fuji Dri-Chem	798	99.8	0.1	0.1	75	4.8	e
5 Spotchem/Ready	120	97.5	2.5	0.0	74	8.6	e
6 Spotchem D-Concept	214	99.0	0.5	0.5	64	5.4	e
7 Architect	4	100.0	0.0	0.0	52	2.2	e
8 Dimension	13	100.0	0.0	0.0	58	3.1	e
9 IFCC Beckmann	9	100.0	0.0	0.0	57	3.5	e
10 Piccolo	34	91.2	0.0	8.8	51	3.3	e
11 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	56	8.7	e*
12 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	56	2.6	e
13 Hitachi S40/M40	17	100.0	0.0	0.0	64	3.5	e
14 Autolysers/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	57	3.5	e

Glucosio




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glucosio (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	39	100.0	0.0	0.0	5.0	4.3	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	5.0	2.8	e
3 Reflotron	791	94.9	4.6	0.5	5.0	4.9	e
4 Fuji Dri-Chem	753	99.5	0.4	0.1	4.8	2.7	e
5 Spotchem/Ready	106	91.6	7.5	0.9	5.0	5.2	e
6 Spotchem D-Concept	201	98.5	1.5	0.0	4.7	3.9	e
7 Piccolo	45	100.0	0.0	0.0	5.0	1.8	e
8 Cholestech LDX	136	96.3	2.2	1.5	4.6	4.5	e
9 Abx Mira	8	87.5	12.5	0.0	5.0	5.3	e*
10 Hitachi S40/M40	19	94.7	0.0	5.3	5.1	4.6	e
11 Autolyser/DiaSys	16	87.4	6.3	6.3	5.0	4.1	e
12 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	4.6	1.2	e

Glucosio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Accu-Chek Aviva	375	96.8	1.1	2.1	5.5	3.3	e
2 Accu-Chek Inform 2	374	97.1	2.9	0.0	5.3	3.4	e
3 Contour XT	1099	98.0	0.5	1.5	5.1	3.7	e
4 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	5.3	1.9	e
5 Glucocard	15	80.0	20.0	0.0	5.9	7.1	e*
6 Hemocue 201+ P-equiv	91	90.1	5.5	4.4	6.5	4.9	e
7 Hemocue 201RT P-equiv	63	96.8	1.6	1.6	6.5	3.8	e
8 FreeStyle Precision	7	71.4	14.3	14.3	4.8	7.3	e*
9 Freestyle Freedom li	8	100.0	0.0	0.0	5.2	3.3	e
10 Sanofi BG Star	4	100.0	0.0	0.0	6.4	3.9	e*
11 Accu-Check Guide	73	100.0	0.0	0.0	4.6	3.8	e

Glucosio



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Hemocue 201+ (alt)	47	83.0	14.9	2.1	6.4	6.5	e
2 OneTouch Ultra	5	80.0	20.0	0.0	7.8	8.0	e*
3 OneTouch Verio	27	92.6	3.7	3.7	4.8	4.5	e
4 Contour 2 (5s)	43	90.7	2.3	7.0	4.1	4.2	e
5 Contour (15s)	7	85.7	0.0	14.3	5.4	5.6	e*
6 Healthpro	26	88.5	7.7	3.8	8.3	5.7	e
7 Mylife UNIO	235	93.6	3.8	2.6	5.6	4.6	e
8 mylife Pura	63	90.5	9.5	0.0	4.9	6.0	e
9 Omnitest	17	70.6	5.9	23.5	6.9	4.9	e
10 Alpha Check	4	75.0	0.0	25.0	7.9	5.5	e*

Acido urico




Tolleranza QUALAB : 12 %

Acido urico (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	33	100.0	0.0	0.0	278	3.6	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	270	2.1	e
3 Reflotron	695	97.7	1.3	1.0	293	4.4	e
4 Fuji Dri-Chem	755	99.5	0.1	0.4	303	2.3	e
5 Spotchem/Ready	99	96.0	3.0	1.0	270	5.5	e
6 Spotchem D-Concept	200	100.0	0.0	0.0	290	3.4	e
7 Piccolo	27	96.3	0.0	3.7	221	4.0	e
8 Skyla	6	83.3	16.7	0.0	277	10.3	e*
9 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	268	4.8	e*
10 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	268	4.1	e
11 Autolyser/DiaSys	14	92.9	0.0	7.1	273	4.6	e

Urea



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	29	100.0	0.0	0.0	9.8	4.3	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	9.4	4.7	e
3 Reflotron	309	98.1	0.3	1.6	9.6	4.0	e
4 Fuji Dri-Chem	453	99.6	0.0	0.4	9.7	2.3	e
5 Spotchem/Ready	61	96.7	3.3	0.0	9.2	7.2	e
6 Spotchem D-Concept	127	89.7	8.7	1.6	8.8	8.5	e
7 Piccolo	42	97.6	0.0	2.4	9.1	2.9	e
8 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	8.5	3.4	e
9 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	9.3	5.7	e*
10 Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	9.8	4.0	e
11 Autolyser/DiaSys	8	87.5	12.5	0.0	9.4	7.5	e*
12 iStat Chem8	7	85.7	0.0	14.3	12.2	2.7	e

Potassio




Tolleranza QUALAB : 6 %

Potassio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	47	100.0	0.0	0.0	3.24	2.1	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	3.32	1.8	e
3 Reflotron	711	92.3	5.6	2.1	3.37	3.0	e
4 Fuji Dri-Chem	794	98.8	0.6	0.6	3.17	1.9	e
5 Spotchem D-Concept	201	98.5	1.0	0.5	3.16	2.7	e
6 Spotchem EL-SE 1520	108	94.5	4.6	0.9	3.24	2.9	e
7 Piccolo	30	83.3	10.0	6.7	3.26	3.7	e
8 Abx Mira	4	75.0	0.0	25.0	3.20	1.1	e
9 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	3.20	0.0	e

Creatinina




Tolleranza QUALAB : 18 %

Creatinina (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	26	96.2	0.0	3.8	117	3.6	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	116	5.4	e
3 Reflotron	905	97.3	2.0	0.7	137	6.5	e
4 Fuji Dri-Chem	821	97.7	0.7	1.6	115	5.1	e
5 Spotchem/Ready	127	100.0	0.0	0.0	116	4.4	e
6 Spotchem D-Concept	207	98.0	1.0	1.0	118	5.0	e
7 Spotchem test	4	100.0	0.0	0.0	77	11.8	e*
8 Enzymatisch	9	100.0	0.0	0.0	120	3.1	e
9 Piccolo	44	93.2	4.5	2.3	128	6.8	e
10 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	124	8.6	e*
11 Skyla	7	100.0	0.0	0.0	133	4.7	e
12 Hitachi S40/M40	18	100.0	0.0	0.0	121	4.1	e
13 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	119	5.1	e

Creatinina E




Tolleranza QUALAB : 18 %

Creatinina E (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Statsensor i / Nova	43	83.7	11.6	4.7	245	12.2	e
2 iStat Chem8	13	100.0	0.0	0.0	121	2.8	e
3 ABL700/800	9	100.0	0.0	0.0	125	5.1	e

eGFR CKD-EPI




Tolleranza QUALAB : 30 %

eGFR CKD-EPI ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	63	92.0	3.2	4.8	49	9.7	e
2 Spotchem/Ready	117	94.0	1.7	4.3	50	8.2	e
3 Reflotron	317	96.6	0.9	2.5	42	8.3	e
4 Fuji Dri-Chem	330	93.6	1.2	5.2	52	7.6	e

eGFR Cockcroft-Gault




Tolleranza QUALAB : 30 %

eGFR Cockcroft-Gault ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Spotchem/Ready	9	77.8	0.0	22.2	87	3.1	e
2 Reflotron	24	87.5	8.3	4.2	72	15.4	e
3 Fuji Dri-Chem	29	69.0	17.2	13.8	79	22.8	e*

eGFR MDRD




Tolleranza QUALAB : 30 %

eGFR MDRD ()


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Reflotron	9	88.9	11.1	0.0	39	13.7	e*
2 Fuji Dri-Chem	5	80.0	20.0	0.0	50	20.5	e*

LDH



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	32	96.9	3.1	0.0	143	5.6	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	285	2.3	e
3 Fuji Dri-Chem	145	97.2	0.7	2.1	119	5.2	e
4 Spotchem/Ready	15	93.3	6.7	0.0	121	9.7	e*
5 Spotchem D-Concept	44	72.8	13.6	13.6	106	13.1	e
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	117	5.0	e*
7 Abx Mira	6	83.3	0.0	16.7	145	5.3	e
8 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	134	2.8	e
9 Autolyser/DiaSys	8	87.5	0.0	12.5	135	8.1	e*

Magnesio




Tolleranza QUALAB : 12 %

Magnesio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	15	100.0	0.0	0.0	0.74	4.0	e
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	0.76	3.9	e
3 Fuji Dri-Chem	113	98.2	0.9	0.9	0.74	4.1	e
4 Spotchem D-Concept	42	100.0	0.0	0.0	0.60	4.4	e
5 Spotchem/Ready	11	100.0	0.0	0.0	0.66	5.7	e*
6 Beckman	9	100.0	0.0	0.0	0.76	4.3	e
7 Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	0.74	2.0	e

Sodio




Tolleranza QUALAB : 6 %

Sodio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	43	100.0	0.0	0.0	129	1.8	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	129	1.3	e
3 Fuji Dri-Chem	738	99.0	0.7	0.3	130	1.4	e
4 Spotchem D-Concept	194	99.0	1.0	0.0	128	1.9	e
5 Spotchem EL-SE 1520	108	96.3	0.0	3.7	126	2.0	e
6 Piccolo	31	100.0	0.0	0.0	125	1.6	e
7 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	130	0.8	e

Fosfati




Tolleranza QUALAB : 15 %

Fosfati (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	24	100.0	0.0	0.0	1.0	3.8	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	1.0	3.9	e
3 Fuji Dri-Chem	84	100.0	0.0	0.0	1.1	2.9	e
4 Spotchem D-Concept	21	100.0	0.0	0.0	1.1	2.9	e
5 Spotchem/Ready	8	100.0	0.0	0.0	1.0	3.3	e
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	1.3	1.7	e

Proteine totali




Tolleranza QUALAB : 12 %

Proteine totali (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	28	100.0	0.0	0.0	48.3	3.7	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	48.0	2.6	e
3 Fuji Dri-Chem	183	98.9	0.0	1.1	46.2	2.6	e
4 Spotchem/Ready	28	89.3	10.7	0.0	46.6	7.3	e
5 Spotchem D-Concept	86	91.8	7.0	1.2	48.4	6.8	e
6 Piccolo	29	100.0	0.0	0.0	49.2	1.4	e
7 Skyla	6	83.3	0.0	16.7	49.5	2.3	e
8 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	48.1	2.1	e
9 Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	51.0	3.7	e
10 Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	47.5	3.0	e*

Transaminasi GOT/AST




Tolleranza QUALAB : 18 %

Transaminasi GOT/AST (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con PP	32	100.0	0.0	0.0	76	5.0	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	72	1.9	e
3 Reflotron	797	98.4	0.8	0.8	90	5.5	e
4 Fuji Dri-Chem	802	99.2	0.2	0.6	71	3.4	e
5 Spotchem/Ready	125	99.2	0.8	0.0	62	4.9	e
6 Spotchem D-Concept	209	100.0	0.0	0.0	62	5.5	e
7 IFCC senza PP	8	100.0	0.0	0.0	72	5.1	e
8 Piccolo	43	97.7	0.0	2.3	75	3.0	e
9 Skyla	7	85.7	14.3	0.0	83	10.7	e*
10 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	74	2.5	e
11 Hitachi S40/M40	20	100.0	0.0	0.0	74	4.0	e
12 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	77	5.9	e

Transaminasi GPT/ALT




Tolleranza QUALAB : 18 %

Transaminasi GPT/ALT (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con PP	32	100.0	0.0	0.0	54	4.9	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	51	2.7	e
3 Reflotron	827	98.6	0.7	0.7	47	5.2	e
4 Fuji Dri-Chem	817	98.6	0.4	1.0	55	4.0	e
5 Spotchem/Ready	130	96.9	2.3	0.8	38	6.1	e
6 Spotchem D-Concept	213	100.0	0.0	0.0	34	7.3	e
7 Piccolo	44	97.7	0.0	2.3	49	5.6	e
8 Skyla	7	100.0	0.0	0.0	55	6.4	e*
9 Abx Mira	9	88.9	11.1	0.0	57	9.5	e*
10 Hitachi S40/M40	20	100.0	0.0	0.0	50	4.9	e
11 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	55	4.2	e

Trigliceridi




Tolleranza QUALAB : 20 %

Trigliceridi (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	30	100.0	0.0	0.0	1.34	4.2	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	1.36	4.4	e
3 Reflotron	544	93.6	2.2	4.2	1.23	8.6	e
4 Fuji Dri-Chem	712	98.6	0.4	1.0	1.33	3.6	e
5 Spotchem/Ready	108	99.1	0.0	0.9	1.23	5.0	e
6 Spotchem D-Concept	190	97.9	0.0	2.1	1.38	3.7	e
7 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	1.21	5.0	e
8 Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	1.45	2.4	e
9 Cholestech LDX	167	99.4	0.0	0.6	1.28	5.5	e
10 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	1.32	6.1	e
11 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	1.29	6.9	e

Litio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	18	100.0	0.0	0.0	0.77	5.7	e

Laktat



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	9	100.0	0.0	0.0	2.52	6.4	e*

HbA1c campione A




Tolleranza QUALAB : 9 %

HbA1c campione A (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	35	94.3	0.0	5.7	6.1	3.7	e
2 Afinion	680	99.7	0.0	0.3	6.1	2.4	e
3 Eurolyser	24	87.5	4.2	8.3	6.2	4.6	a
4 Hemocue HbA1c 501	6	83.3	0.0	16.7	6.2	3.0	a
5 NycoCard	78	91.1	5.1	3.8	6.3	5.6	e
6 DCA2000/Vantage	232	96.1	2.2	1.7	6.5	3.2	e
7 Andere	15	100.0	0.0	0.0	6.2	4.4	a
8 HPLC	8	87.5	12.5	0.0	6.2	5.1	a
9 Roche, Cobas	14	100.0	0.0	0.0	6.2	2.0	a


HbA1c campione B



Tolleranza QUALAB : 9 %
(< 5.0: +/- 0.5 %)


HbA1c campione B (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	44	100.0	0.0	0.0	4.7	2.7	e
2 Afinion	641	99.3	0.5	0.2	4.8	2.5	e
3 Eurolyser	12	50.0	41.7	8.3	4.8	5.1	a
4 Hemocue HbA1c 501	10	80.0	0.0	20.0	5.1	3.3	e
5 NycoCard	35	82.9	5.7	11.4	5.1	5.1	e
6 DCA2000/Vantage	204	97.5	1.5	1.0	5.0	3.3	e
7 Andere	10	80.0	20.0	0.0	4.8	6.4	a
8 HPLC	8	100.0	0.0	0.0	4.8	2.6	a
9 Roche, Cobas	15	86.7	13.3	0.0	4.8	6.5	a

pCO₂


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	21	95.2	0.0	4.8	5.60	4.8	e
2 IL	4	100.0	0.0	0.0	5.65	3.0	e
3 iStat	38	97.4	0.0	2.6	4.91	3.8	e
4 EPOC	37	91.9	2.7	5.4	5.12	6.6	e
5 ABL700/800	80	100.0	0.0	0.0	5.38	3.2	e
6 ABL 90	38	100.0	0.0	0.0	5.47	1.8	e
7 ABL 80 / Coox	24	100.0	0.0	0.0	5.64	5.7	e

pO2



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b221	8	100.0	0.0	0.0	15.89	6.4	e*
2 Cobas b121/123	9	88.9	11.1	0.0	13.92	8.5	e*
3 IL	4	100.0	0.0	0.0	14.70	3.0	e
4 iStat	38	92.1	5.3	2.6	14.94	6.7	e
5 EPOC	37	83.8	8.1	8.1	13.53	8.0	e
6 ABL700/800	78	96.1	1.3	2.6	14.72	4.4	e
7 ABL 90	38	94.8	2.6	2.6	13.31	4.1	e
8 ABL 80 / Coox	23	87.0	13.0	0.0	14.09	9.4	e*

pH




Tolleranza QUALAB : 1 %

pH ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	7.41	0.2	e
2 IL	4	100.0	0.0	0.0	7.42	0.2	e
3 iStat	39	100.0	0.0	0.0	7.44	0.2	e
4 EPOC	37	94.6	5.4	0.0	7.38	0.3	e
5 ABL700/800	80	98.7	0.0	1.3	7.40	0.1	e
6 ABL 90	37	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
7 ABL 80 / Coox	24	100.0	0.0	0.0	7.40	0.2	e

Glucosio GS




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glucosio GS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	13	69.2	7.7	23.1	5.6	5.2	e*
2 iStat	10	100.0	0.0	0.0	5.3	1.2	e
3 EPOC	25	96.0	4.0	0.0	5.6	2.8	e
4 ABL700/800	67	100.0	0.0	0.0	5.8	2.2	e
5 ABL 90	36	100.0	0.0	0.0	5.6	0.9	e
6 ABL 80 / Coox	4	100.0	0.0	0.0	5.9	4.6	e*

Emoglobina BG




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina BG (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	70	91.4	0.0	8.6	129.4	2.0	e
2 ABL 90	36	97.2	0.0	2.8	129.6	0.5	e
3 ABL 80 / Coox	16	100.0	0.0	0.0	127.7	2.0	e

Potassio BG




Tolleranza QUALAB : 6 %

Potassio BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	21	95.2	0.0	4.8	3.8	2.5	e
2 iStat	18	100.0	0.0	0.0	3.8	1.3	e
3 EPOC	30	100.0	0.0	0.0	3.7	1.6	e
4 ABL700/800	69	100.0	0.0	0.0	3.8	0.9	e
5 ABL 90	37	100.0	0.0	0.0	3.8	1.3	e
6 ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	3.8	0.8	e

Sodio BG




Tolleranza QUALAB : 6 %

Sodio BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	139.5	1.6	e
2 iStat	19	100.0	0.0	0.0	143.8	0.5	e
3 EPOC	29	100.0	0.0	0.0	137.6	0.8	e
4 ABL700/800	67	100.0	0.0	0.0	140.5	0.5	e
5 ABL 90	38	100.0	0.0	0.0	141.5	0.4	e
6 ABL 80 / Coox	7	100.0	0.0	0.0	142.0	0.5	e

Cloruro-BG




Tolleranza QUALAB : 6 %

Cloruro-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	101.6	1.9	e
2 ABL700/800	59	100.0	0.0	0.0	97.8	0.9	e
3 ABL 90	37	100.0	0.0	0.0	97.5	0.5	e
4 ABL 80 / Coox	6	100.0	0.0	0.0	96.5	3.2	e*

Calcio-BG




Tolleranza QUALAB : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcio-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b123	6	100.0	0.0	0.0	0.36	10.4	e*
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	0.48	10.1	e*
3 iStat	10	100.0	0.0	0.0	0.46	1.0	e
4 EPOC	28	100.0	0.0	0.0	0.47	5.8	e
5 ABL700/800	68	100.0	0.0	0.0	0.53	3.1	e
6 ABL 90	38	100.0	0.0	0.0	0.52	2.2	e
7 ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	0.50	7.2	e*

FHHb




Tolleranza QUALAB : 20 %

FHHb (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL 80 / Coox	6	83.3	16.7	0.0	2.800	8.7	e*

Lattato-BG




Tolleranza QUALAB : 10 %

Lattato-BG (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b123	7	100.0	0.0	0.0	2.00	3.5	e*
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	1.90	2.8	e*
3 IL	5	100.0	0.0	0.0	1.75	2.9	e*
4 EPOC	31	100.0	0.0	0.0	1.55	3.0	e
5 iStat	10	100.0	0.0	0.0	1.65	2.0	e
6 ABL700/800	71	95.8	2.8	1.4	1.72	4.0	e
7 ABL 90	38	100.0	0.0	0.0	1.61	3.0	e

sO2 OR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	7	100.0	0.0	0.0	99.000	0.5	e
2 ABL700/800	54	100.0	0.0	0.0	97.082	0.2	e
3 ABL 90	32	100.0	0.0	0.0	96.763	0.9	e
4 ABL 80 / Coox	15	100.0	0.0	0.0	96.959	0.7	e

FO2Hb OR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	50	100.0	0.0	0.0	92.206	0.8	e
2 ABL 90	32	100.0	0.0	0.0	92.150	0.1	e
3 ABL 80 / Coox	16	100.0	0.0	0.0	92.406	1.4	e

FCOHb OR



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	52	96.2	1.9	1.9	3.139	7.3	e
2 ABL 90	31	100.0	0.0	0.0	2.897	4.4	e
3 ABL 80 / Coox	16	81.2	6.3	12.5	2.864	13.6	e*

FMetHb OR




Tolleranza QUALAB : 20 %

FMetHb OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	55	98.2	0.0	1.8	1.976	5.1	e
2 ABL 90	31	100.0	0.0	0.0	2.023	2.8	e
3 ABL 80 / Coox	16	100.0	0.0	0.0	2.113	8.3	e

FHbF OR




Tolleranza QUALAB : 20 %

FHbF OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL 90	8	100.0	0.0	0.0	79.500	2.9	e

Bilirubin OR




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubin OR ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	6	100.0	0.0	0.0	297.0	2.0	e
2 ABL 90	15	100.0	0.0	0.0	299.1	0.4	e

Troponina I




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponina I (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Vidas	13	100.0	0.0	0.0	11434.9	7.6	e
2 Architect High Sensi	10	100.0	0.0	0.0	3823.6	9.2	e*
3 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	565.0	9.1	e*
4 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	12336.5	5.4	e
5 Eurolyser	17	76.5	5.9	17.6	1080.4	11.5	e

Troponina T




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponina T (ng/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas hs STAT	7	100.0	0.0	0.0	3236.00	1.6	a

Mioglobina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	153.8	3.2	e

CK-MB massa




Tolleranza QUALAB : 40 %


CK-MB massa (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	45.8	1.0	e
2 VIDAS	6	100.0	0.0	0.0	65.5	2.6	e


TSH



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	14.75	3.1	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	12.25	3.7	e
3 Architect	13	100.0	0.0	0.0	11.29	4.1	e
4 VIDAS	15	100.0	0.0	0.0	16.43	5.8	e
5 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	13.51	7.2	e*
6 AFIAS	16	81.2	6.3	12.5	15.46	12.1	e*


T3

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AFIAS	6	100.0	0.0	0.0	2.0	7.9	a

T4


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AFIAS	6	83.3	16.7	0.0	257	13.0	e*

FT3




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	11.3	3.2	e
2 Architect	12	100.0	0.0	0.0	8.7	7.3	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	9.5	8.4	e*

FT4



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	34.9	5.2	e
2 Architect	13	100.0	0.0	0.0	24.9	4.6	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	31.3	8.6	e*
4 altro	5	100.0	0.0	0.0	30.5	6.5	e*

Testosterone




Tolleranza QUALAB : 30 %

Testosterone (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	25	6.2	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	24	2.7	e

Estradiolo




Tolleranza QUALAB : 30 %

Estradiolo (pmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	1040	5.7	e

Cortisol



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	602	9.2	e*
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	661	10.2	e*
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	527	4.6	e

Luteinisiertes Hormon




Tolleranza QUALAB : 24 %

Luteinisiertes Hormon (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Roche, Cobas	4	100.0	0.0	0.0	32.6	5.7	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	24.0	4.4	e


Follikelstimulierendes Hormon



Tolleranza QUALAB : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Roche, Cobas	4	100.0	0.0	0.0	23.8	3.2	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	23.9	3.6	e

Prolaktin (PRL)




Tolleranza QUALAB : 24 %

Prolaktin (PRL) (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas/Roche	4	100.0	0.0	0.0	34.1	2.1	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	26.3	3.9	e

Troponina T CR




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponina T CR (ng/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	1008	91.9	6.1	2.0	693.86	12.4	e
2 Cardiac Reader	15	86.7	13.3	0.0	678.13	13.8	e*

D-Dimeri CR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	1027	77.7	9.0	13.3	1.50	14.3	e
2 Cardiac Reader	13	69.2	15.4	15.4	1.50	16.8	e*

CKMB - K8




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	9	100.0	0.0	0.0	8.6	16.3	e*

proBNP CR



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	628	67.3	19.3	13.4	2814	19.4	e
2 Cardiac Reader	5	80.0	20.0	0.0	2994	19.8	e*

PCO2 CCA




Tolleranza QUALAB : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	13	100.0	0.0	0.0	5.47	5.4	e*

PO2 CCA




Tolleranza QUALAB : 15 %

PO2 CCA (kPa)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	13	100.0	0.0	0.0	12.76	5.1	e

pH CCA




Tolleranza QUALAB : 1 %

pH CCA ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	13	100.0	0.0	0.0	7.41	0.2	e

Potassio CCA




Tolleranza QUALAB : 6 %

Potassio CCA (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	4.8	0.9	e

Sodio CCA




Tolleranza QUALAB : 6 %

Sodio CCA (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	146.3	0.9	e

Ferritina




Tolleranza QUALAB : 24 %

Ferritina (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Beckman	15	100.0	0.0	0.0	92.68	6.7	e
2 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	103.44	14.4	e*
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	160.14	3.7	e
4 Mira/DiaSys	4	75.0	0.0	25.0	78.75	11.9	a
5 Mini Vidas	7	100.0	0.0	0.0	93.67	5.7	e
6 AFIAS	20	100.0	0.0	0.0	76.54	5.2	e
7 Eurolyser	18	94.4	0.0	5.6	74.45	8.7	e

Vitamina B12




Tolleranza QUALAB : 20 %

Vitamina B12 (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	279.00	8.4	e*
2 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	332.00	4.0	e
3 Architect	11	100.0	0.0	0.0	301.47	4.3	e

Acido folico




Tolleranza QUALAB : 20 %

Acido folico (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	87.5	0.0	12.5	9.28	12.9	e*
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	14.93	9.3	e*

Holotranscobalamine




Tolleranza QUALAB : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	108	15.0	e*

Bilirubina totale Neo




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina totale Neo ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	17	100.0	0.0	0.0	138	6.2	e

Bilirubina diretta




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina diretta (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	13	100.0	0.0	0.0	73	8.5	a
2 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	54	12.7	e*

Bilirubin neonatale




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubin neonatale (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	100.0	0.0	0.0	183	1.6	e
2 ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	159	1.9	e

PSA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	4	75.0	0.0	25.0	4.59	6.4	e*
2 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	4.44	3.5	e
3 Architect	12	100.0	0.0	0.0	4.48	4.7	e
4 Qualigen	5	100.0	0.0	0.0	4.40	8.6	e*
5 AFIAS	14	100.0	0.0	0.0	5.08	9.0	e

PSA frei




Tolleranza QUALAB : 25 %

PSA frei (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	1.82	2.4	a
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	1.95	3.6	a

CEA




Tolleranza QUALAB : 25 %

CEA (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	16.7	7.4	a
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	24.9	4.4	a

CA 125




Tolleranza QUALAB : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	87.8	3.1	a

CA 19-9




Tolleranza QUALAB : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	208.0	5.3	a

CA 15-3




Tolleranza QUALAB : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	39.9	4.9	a

AFP




Tolleranza QUALAB : 25 %

AFP (µg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	13	10.3	a
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	13	6.9	a

HCG qn




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	13	2.7	a
2 VIDAS	9	100.0	0.0	0.0	3	17.6	a
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	11	9.2	a
4 AFIAS	6	83.3	0.0	16.7	13	18.8	a

CK-MB



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	39	94.9	0.0	5.1	85.5	7.6	e
2 Cobas/Roche	4	100.0	0.0	0.0	39.6	3.1	e


BNP

Tolleranza QUALAB : 27 %

BNP (ng/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	2750.3	9.2	e*
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	2369.0	6.4	e

NT-proBNP



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	7615.0	9.9	e*
2 VIDAS	11	100.0	0.0	0.0	3243.1	9.3	e
3 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	2482.6	5.5	e

Cholesterin PTS




Tolleranza QUALAB : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	10	70.0	10.0	20.0	6.26	7.5	e*

Cholesterin HDL PTS




Tolleranza QUALAB : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	10	90.0	0.0	10.0	1.97	11.0	e*

Triglyceride PTS




Tolleranza QUALAB : 20 %

Triglyceride PTS (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	10	90.0	10.0	0.0	2.10	12.2	e*

Procalcitonina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	2.48	4.7	e
2 VIDAS	19	100.0	0.0	0.0	3.29	5.6	e
3 Liason	6	66.6	16.7	16.7	4.89	15.9	e*

Parathormon




Tolleranza QUALAB : 24 %

Parathormon (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	3.3	5.5	e
2 Cobas PTH STAT	8	100.0	0.0	0.0	3.0	10.5	e*

25-OH Vitamin D




Tolleranza QUALAB : 27 %

25-OH Vitamin D (nmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	5	80.0	0.0	20.0	104.6	6.5	e
2 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	99.5	8.5	e*
3 VIDAS	5	100.0	0.0	0.0	101.0	6.4	e
4 Architect	11	100.0	0.0	0.0	100.2	4.5	e

Osmolalità



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopie	14	100.0	0.0	0.0	328	1.8	e

Kalium - K22




Tolleranza QUALAB : 6 %

Kalium - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	8	100.0	0.0	0.0	3.9	2.0	e

Natrium - K22




Tolleranza QUALAB : 6 %

Natrium - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	8	100.0	0.0	0.0	141	1.3	e

Glukose - K22




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glukose - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	8	100.0	0.0	0.0	7.0	3.1	e

Harnstoff - K22




Tolleranza QUALAB : 15 %

Harnstoff - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	8	75.0	12.5	12.5	5.0	7.5	e*

Osmotische Lücke




Tolleranza QUALAB : 20 %

Osmotische Lücke (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Formel 1 (2Na+K+Glu+	8	87.5	12.5	0.0	30.6	11.3	e*

Digoxin




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	13	100.0	0.0	0.0	2.14	6.0	e

Phenytoin




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	54	12.1	e*

Phenobarbital




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	139	8.3	e*

Valproat




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	6	100.0	0.0	0.0	514.0	7.2	e*

Carbamazepin



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	40.1	13.4	e*

Cystatin C




Tolleranza QUALAB : 24 %

Cystatin C (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	9	100.0	0.0	0.0	0.7	3.9	e

Etanolo




Tolleranza QUALAB : 18 %
 (< 10.0: +/- 1.8 mmol/l)

Etanolo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	14	92.9	0.0	7.1	9.5	5.2	e

Calprotectin




Tolleranza QUALAB : 40 %

Calprotectin (µg/g)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	5	80.0	0.0	20.0	284	24.9	a
2 Bühlmann	12	75.0	8.3	16.7	294	26.6	a

Colesterolo Af/b101




Tolleranza QUALAB : 10 %

Colesterolo Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	55	96.4	0.0	3.6	3.83	2.4	e
2 Afinion	332	99.1	0.3	0.6	3.98	3.2	e


Colesterolo HDL Af/b101



Tolleranza QUALAB : 21 % Colesterolo HDL Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	55	92.7	0.0	7.3	0.93	6.0	e
2 Afinion	326	96.3	0.0	3.7	0.82	3.8	e

Trigliceridi Af/b101




Tolleranza QUALAB : 20 %

Trigliceridi Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	53	96.2	0.0	3.8	1.29	4.9	e
2 Afinion	330	99.4	0.0	0.6	1.23	4.5	e

Troponina I S




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponina I S (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	45	95.6	4.4	0.0	11727.46	11.6	e
2 AFIAS	30	96.7	0.0	3.3	15015.00	1.2	e

D Dimeri qn S




Tolleranza QUALAB : 21 %

D Dimeri qn S (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	59	86.4	3.4	10.2	1.76	11.7	e
2 AFIAS	34	91.2	0.0	8.8	2.03	4.6	e

NT-pro BNP S




Tolleranza QUALAB : 27 %

NT-pro BNP S (ng/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	38	94.7	5.3	0.0	913.5	13.5	e
2 AFIAS	24	83.4	8.3	8.3	753.5	18.5	e*

Homocystein




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	7	100.0	0.0	0.0	11.5	9.5	e*

Colinesterasi



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	5.8	12.8	e*

Lipasi




Tolleranza QUALAB : 18 %

Lipasi (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	81.0	3.3	e
2 Beckman	13	100.0	0.0	0.0	84.7	5.2	e
3 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	69.0	7.7	e*
4 Fuji Dri-Chem	100	95.0	0.0	5.0	87.2	4.7	e

Tacrolimus



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	9.3	4.7	e


Albumin E



Tolleranza QUALAB : 14 %


Albumin E (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Elektrophorese	6	100.0	0.0	0.0	65.6	7.0	e*


alpha-1-Globuline

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Elektrophorese	4	100.0	0.0	0.0	2.4	12.1	a

alpha-2-Globuline




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Elektrophorese	6	83.3	16.7	0.0	9.7	14.5	e*

beta-Globuline

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Elektrophorese	7	85.7	14.3	0.0	10.0	18.1	e*

gamma-Globuline




Tolleranza QUALAB : 32 %

gamma-Globuline (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Elektrophorese	5	100.0	0.0	0.0	10.1	13.2	e*

Folati eritrocitari




Tolleranza QUALAB : 25 %

Folati eritrocitari (nmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	8	100.0	0.0	0.0	362	15.6	a

Gallensäure



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	9	16.0	e*


BNP



Tolleranza QUALAB : 27 %
 (< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	40	82.5	5.0	12.5	39.7	23.1	e*

Troponin Triage




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponin Triage (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Next Gen	32	62.5	12.5	25.0	4205.00	18.4	e*
2 Triage SOB/Cardiac	23	87.0	0.0	13.0	2469.10	13.3	e

NT-Pro-BNP




Tolleranza QUALAB : 27 %

NT-Pro-BNP (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	15	100.0	0.0	0.0	707	14.3	e*

D-Dimere Triage




Tolleranza QUALAB : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	52	100.0	0.0	0.0	100.90	3.6	e

CK-MB Triage




Tolleranza QUALAB : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	20	75.0	20.0	5.0	2.4	30.2	e*

Myoglobin Triage




Tolleranza QUALAB : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	17	100.0	0.0	0.0	485.3	4.5	e

Amilasi - urine




Tolleranza QUALAB : 25 %

Amilasi - urine (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	5	100.0	0.0	0.0	211	6.1	e

Calcio - urine




Tolleranza QUALAB : 12 %

Calcio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	15	100.0	0.0	0.0	2.67	3.9	e

Cloro - urine




Tolleranza QUALAB : 6 %

Cloro - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	175	0.8	e
2 Chimica umida	6	100.0	0.0	0.0	184	1.6	e

Glucosio - urine




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glucosio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	17	94.1	5.9	0.0	14.4	3.8	e

Magnesio - urine




Tolleranza QUALAB : 12 %

Magnesio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	10	100.0	0.0	0.0	3.51	3.3	e

Osmolalità - urine




Tolleranza QUALAB : 10 %

Osmolalità - urine (mosm/kg)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopie	9	100.0	0.0	0.0	748	0.7	e

Fosforo - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Fosforo - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	16	100.0	0.0	0.0	15.8	2.8	e

Potassio - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Potassio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	24	95.8	4.2	0.0	65	5.3	e

Proteina - urina




Tolleranza QUALAB : 20 %

Proteina - urina (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas/Roche	12	100.0	0.0	0.0	466.8	2.2	e
2 Chimica umida	10	100.0	0.0	0.0	572.4	1.6	e

Sodio - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Sodio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	25	96.0	4.0	0.0	157	4.3	e

Urea - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Urea - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	19	100.0	0.0	0.0	235	4.8	e

Acido urico - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Acido urico - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	16	100.0	0.0	0.0	1.16	3.5	e

Peso Specifico - urine




Tolleranza QUALAB : 5 %

Peso Specifico - urine ()


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1.021	0.3	e

Microalbumina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AFIAS	6	100.0	0.0	0.0	60.7	6.5	e
2 Afinion	363	96.4	1.4	2.2	43.0	13.0	e
3 NycoCard	8	87.5	0.0	12.5	48.3	18.6	a
4 Turbidimetrie	21	100.0	0.0	0.0	48.3	6.4	e
5 DCA2000/Vantage	131	99.2	0.8	0.0	48.0	7.1	e
6 Siemens Clinitek	13	76.9	0.0	23.1	30.7	7.2	e

Creatinina urina



Tolleranza QUALAB : 21 %

Creatinina urina (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 DCA2000/Vantage	131	96.9	0.0	3.1	9.0	4.9	e
2 Afinion	363	98.3	0.6	1.1	8.0	5.8	e
3 Chimica umida	37	100.0	0.0	0.0	8.5	4.8	e
4 Siemens Clinitek	13	61.5	0.0	38.5	8.8	4.2	a