

**Rapporto U03 screening della droga, urina****Anfetamine**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	1	1	100.00
Cobas	negativo	3	3	100.00
Syva Rapid Test	negativo	2	2	100.00
Intex	negativo	5	5	100.00
Syntron Quik	negativo	1	1	100.00
autres quantitativ	negativo	14	14	100.00
autres	negativo	52	51	98.00
<b>Total</b>		<b>78</b>	<b>77</b>	<b>99.00</b>

**Metanfetamina**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Intex	negativo	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativo	4	4	100.00
autres	negativo	22	21	95.00
<b>Total</b>		<b>28</b>	<b>27</b>	<b>96.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
autres	negativo	13	12	92.00

**Barbiturati**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	1	1	100.00
Cobas	negativo	3	3	100.00
Intex	negativo	1	1	100.00
autres quantitativ	negativo	10	10	100.00
autres	negativo	24	23	96.00
<b>Total</b>		<b>39</b>	<b>38</b>	<b>97.00</b>

**Benzodiazepina**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	positivo	1	1	100.00
Cobas	positivo	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positivo	1	1	100.00
Intex	positivo	10	9	90.00
Syntron Quik	negativo	1	1	100.00
autres quantitativ	positivo	15	15	100.00
autres	positivo	57	56	98.00
<b>Total</b>		<b>89</b>	<b>87</b>	<b>98.00</b>

**Cannabinoidi**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	1	1	100.00
Cobas	negativo	4	4	100.00
Syva Rapid Test	negativo	6	6	100.00
Intex	negativo	11	11	100.00
Syntron Quik	negativo	1	1	100.00
autres quantitativ	negativo	17	17	100.00
autres	negativo	62	61	98.00
<b>Total</b>		<b>102</b>	<b>101</b>	<b>99.00</b>

**Cocaina**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	1	1	100.00
Cobas	negativo	4	4	100.00
Syva Rapid Test	negativo	5	5	100.00
Intex	negativo	8	8	100.00
Syntron Quik	negativo	1	1	100.00
autres quantitativ	negativo	16	16	100.00
autres	negativo	60	59	98.00
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>94</b>	<b>99.00</b>

**Metadone**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	positivo	1	1	100.00
Cobas	positivo	4	4	100.00
Intex	positivo	10	9	90.00
Syntron Quik	positivo	1	1	100.00
autres quantitativ	positivo	15	15	100.00
autres	positivo	48	46	96.00
<b>Total</b>		<b>79</b>	<b>76</b>	<b>96.00</b>

**EDDP**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	positivo	1	1	100.00

**Oppiati**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	positivo	1	1	100.00
Cobas	positivo	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positivo	5	5	100.00
Intex	positivo	11	9	82.00
Syntron Quik	positivo	1	1	100.00
autres quantitativ	positivo	16	16	100.00
autres	positivo	59	57	97.00
<b>Total</b>		<b>97</b>	<b>93</b>	<b>96.00</b>

**Buprenorphin**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	negativo	2	2	100.00

**6-Acetylmorphin**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	positivo	2	2	100.00

**Phencyclidin**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
autres	negativo	7	7	100.00

**TCA**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	positivo	15	14	93.00

**LSD**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
autres quantitativ	negativo	1	1	100.00

**Commento U3**

*Ad un litro di urina sono stati aggiunti 1000 µg nordazepam, 1000 µg metadone, 650 µg EDDP, 2000 µg nortriptilina e 900 µg 6-acetilmorfina. Pertanto dovevano risultare positive le analisi di benzodiazepine, metadone, TCA e oppiati, negative tutte le altre analisi.*