**Bericht U03 Urin Drogen**

**Amphetamine**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Architect | negativ | 2 | 2 | 100.00 |
| Cobas | negativ | 3 | 3 | 100.00 |
| Triage 8 | negativ | 6 | 6 | 100.00 |
| Syva Rapid Test | negativ | 1 | 1 | 100.00 |
| Intex | negativ | 2 | 2 | 100.00 |
| Syntron Quik | negativ | 1 | 1 | 100.00 |
| Triage TOX | negativ | 10 | 10 | 100.00 |
| Andere quantitativ | negativ | 15 | 15 | 100.00 |
| Andere Schnelltests | negativ | 53 | 52 | 98.00 |
| **Total** | | **93** | **92** | **99.00** |

**Methamphetamin**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Intex | negativ | 1 | 1 | 100.00 |
| Syva Rapid Test | negativ | 4 | 4 | 100.00 |
| Triage TOX | negativ | 10 | 10 | 100.00 |
| Andere Schnelltests | negativ | 26 | 25 | 96.00 |
| **Total** | | **41** | **40** | **98.00** |

**Ecstasy pos/neg**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Andere Schnelltests | negativ | 17 | 17 | 100.00 |

**Barbiturate**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Architect | negativ | 1 | 1 | 100.00 |
| Cobas | negativ | 3 | 3 | 100.00 |
| Triage 8 | negativ | 6 | 6 | 100.00 |
| Triage TOX | negativ | 10 | 10 | 100.00 |
| Andere quantitativ | negativ | 9 | 9 | 100.00 |
| Andere Schnelltests | negativ | 21 | 21 | 100.00 |
| **Total** | | **50** | **50** | **100.00** |

**Benzodiazepine**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Architect | negativ | 2 | 2 | 100.00 |
| Cobas | negativ | 4 | 4 | 100.00 |
| Triage 8 | negativ | 6 | 6 | 100.00 |
| Syva Rapid Test | negativ | 1 | 1 | 100.00 |
| Intex | negativ | 6 | 6 | 100.00 |
| Syntron Quik | negativ | 1 | 1 | 100.00 |
| Triage TOX | negativ | 10 | 10 | 100.00 |
| Andere quantitativ | negativ | 16 | 16 | 100.00 |
| Andere Schnelltests | negativ | 62 | 62 | 100.00 |
| **Total** | | **108** | **108** | **100.00** |

**Cannabinoide**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Architect | negativ | 2 | 2 | 100.00 |
| Cobas | negativ | 4 | 4 | 100.00 |
| Triage 8 | negativ | 6 | 6 | 100.00 |
| Syva Rapid Test | negativ | 4 | 4 | 100.00 |
| Intex | negativ | 9 | 9 | 100.00 |
| Syntron Quik | negativ | 1 | 1 | 100.00 |
| Triage TOX | negativ | 10 | 10 | 100.00 |
| Andere quantitativ | negativ | 17 | 17 | 100.00 |
| Andere Schnelltests | negativ | 70 | 70 | 100.00 |
| **Total** | | **123** | **123** | **100.00** |

**Cocain**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Architect | positiv | 2 | 2 | 100.00 |
| Cobas | positiv | 4 | 4 | 100.00 |
| Triage 8 | positiv | 6 | 6 | 100.00 |
| Syva Rapid Test | positiv | 4 | 4 | 100.00 |
| Intex | positiv | 4 | 4 | 100.00 |
| Syntron Quik | positiv | 1 | 1 | 100.00 |
| Triage TOX | positiv | 10 | 10 | 100.00 |
| Andere quantitativ | positiv | 17 | 17 | 100.00 |
| Andere Schnelltests | positiv | 66 | 63 | 95.00 |
| **Total** | | **114** | **111** | **97.00** |

**Methadon**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Architect | positiv | 2 | 2 | 100.00 |
| Cobas | positiv | 4 | 4 | 100.00 |
| Triage 8 | positiv | 6 | 6 | 100.00 |
| Intex | positiv | 5 | 5 | 100.00 |
| Syntron Quik | positiv | 1 | 1 | 100.00 |
| Triage TOX | positiv | 10 | 10 | 100.00 |
| Andere quantitativ | positiv | 16 | 16 | 100.00 |
| Andere Schnelltests | positiv | 51 | 47 | 92.00 |
| **Total** | | **95** | **91** | **96.00** |

**EDDP**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Alle Methoden | positiv | 2 | 2 | 100.00 |

**Opiate**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Architect | negativ | 2 | 2 | 100.00 |
| Cobas | negativ | 4 | 4 | 100.00 |
| Triage 8 | negativ | 6 | 6 | 100.00 |
| Syva Rapid Test | negativ | 4 | 4 | 100.00 |
| Intex | negativ | 6 | 6 | 100.00 |
| Syntron Quik | negativ | 1 | 1 | 100.00 |
| Triage TOX | negativ | 10 | 10 | 100.00 |
| Andere quantitativ | negativ | 17 | 17 | 100.00 |
| Andere Schnelltests | negativ | 65 | 63 | 97.00 |
| **Total** | | **115** | **113** | **98.00** |

**Paracetamol**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Triage TOX | positiv | 10 | 10 | 100.00 |

**Buprenorphin**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Alle Methoden | negativ | 3 | 3 | 100.00 |

**6-Acetylmorphin**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Alle Methoden | negativ | 2 | 2 | 100.00 |

**Phencyclidin**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Triage TOX | negativ | 10 | 10 | 100.00 |
| Andere Schnelltests | negativ | 5 | 4 | 80.00 |
| **Total** | | **15** | **14** | **93.00** |

**TCA**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Triage 8 | negativ | 6 | 6 | 100.00 |
| Triage TOX | negativ | 11 | 11 | 100.00 |
| Alle Methoden | negativ | 14 | 14 | 100.00 |
| **Total** | | **31** | **31** | **100.00** |

**LSD**

| | Zielwert | Teilnehmer | Erfüllt | % Erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| Andere quantitativ | positiv | 1 | 1 | 100.00 |

**Kommentar U3**

*Einem Liter Urin wurden 800 µg Benzoylecgonin, 800 µg Methadon, 750 µg EDDP, 5 µg LSD und 8000 µg Paracetamol zugesetzt. Entsprechend sollten Cocain, Methadon, EDDP, LSD und Paracetamol positiv, alle anderen Analysen negativ sein.*