Bericht U03 Urin Drogen

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	53	53	100.00
Total		**94**	**94**	**100.00**

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Intex	negativ	1	1	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	25	25	100.00
Total		**39**	**39**	**100.00**

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	14	13	93.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	2	2	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	9	9	100.00
Andere Schnelltests	negativ	21	21	100.00
Total		**51**	**51**	**100.00**

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Intex	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	17	17	100.00
Andere Schnelltests	negativ	61	61	100.00
Total		**106**	**106**	**100.00**

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	8	8	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	18	18	100.00
Andere Schnelltests	negativ	69	69	100.00
Total		**121**	**121**	**100.00**

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	3	3	100.00
Cobas	positiv	4	4	100.00
Triage 8	positiv	6	6	100.00
Syva Rapid Test	positiv	3	3	100.00
Intex	positiv	3	3	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	17	17	100.00
Andere Schnelltests	positiv	66	65	98.00
Total		**112**	**111**	**99.00**

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test		1	1	100.00
Intex	negativ	5	5	100.00
Rapitest Morwell	negativ	1	1	100.00
Syntron Quik		1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	49	49	100.00
Total		**95**	**95**	**100.00**

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	4	100.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	5	4	80.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Rapitest Morwell	negativ	2	1	50.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	17	17	100.00
Andere Schnelltests	negativ	63	63	100.00
Total		**113**	**111**	**98.00**

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	10	10	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	3	100.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	3	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	5	5	100.00
Total		**15**	**15**	**100.00**

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	positiv	6	6	100.00
Triage TOX	positiv	11	11	100.00
Alle Methoden	positiv	13	12	92.00
Total		**30**	**29**	**97.00**

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	2	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden 800 µg Benzoylecgonin, 800 µg Methaqualon , 1300 µg Amitriptylin ,700 µg Nortriptylin und 8000 µg Paracetamol beigefügt. Dementsprechend sind Methaqualon, Cocain,TCA und Paracetamol positiv und alle anderen Analysen negativ.