

Bericht MQ 2023/2 Qualitative Auswertungen

Zusammenfassung

Probe	Resultate	gut	% gut
S01 Okkultes Blut im Stuhl	193	191	98.96
I09 Allergologie Immunocap RAPID	4073	4032	98.99
U02 Urin Teststreifen/HCG	1179	1162	98.56
U03 Urin Drogen	763	736	96.46
K08 Herzinfarktmarker h232	586	577	98.46
Total	6794	6698	98.59

S01 Okkultes Blut im Stuhl

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Haemoccult	positiv	0	1	100.00
Hemofec	positiv	0	1	100.00
Colo-Rectal Test	positiv	0	24	100.00
Hexagon OBTI	positiv	0	31	100.00
Epi Tuub	positiv	0	4	100.00
andere Meth. immunologisch	positiv	2	77	97.47
I-Colo-Rectal Test	positiv	0	53	100.00
Total		2	191	98.96

Kommentar S01

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut, alle Tests sollten "positiv" sein

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Katze	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	8	414	98.10

T3 Birke	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	405	5	98.78

W6 Beifuss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	403	6	98.53

G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	354	48	100.00

F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	40	1	97.56

i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	362	5	98.64

E5 Hund	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	79	310	100.00

T9 Olive	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	404	4	99.02

W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	404	4	99.02

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	403	5	98.77

F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	41	0	100.00

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	365	3	99.18

Kommentar I09

Bei g6 Lieschgras und e5 Hund waren die Banden nur schwach sichtbar. Wir haben deshalb "positiv" und "negativ" akzeptiert.

U02 Urin Teststreifen/HCG

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1157	16	98.64
andere Methoden	negativ	3	1	75.00
hCG+, Abbott	negativ	1	0	100.00
Quick Vue Plus	negativ	1	0	100.00
Total		1162	17	98.56

Kommentar U02

Dem Urin einer gesunden Mitarbeiterin wurden Erythrozyten und Nitrit beigefügt.

U03 Urin Drogen

Methamphetamin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	25	0	100.00
Nal von Minden	negativ	6	0	100.00
Total		43	0	100.00

Methaqualon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

TCA	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage 8	negativ	1	0	100.00
Triage TOX	negativ	12	0	100.00
Alle Methoden	negativ	16	0	100.00
Total		29	0	100.00

LSD	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	0	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	13	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	15	1	93.75
Total		92	1	98.92

Barbiturate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	3	100.00
Cobas	positiv	0	5	100.00
Protzek	positiv	1	1	50.00
Nal von Minden	positiv	0	2	100.00
SureStep Abbott	positiv	1	8	88.89
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Willi Fox	positiv	0	1	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	3	100.00
Clear Test	positiv	0	1	100.00
Triage TOX	negativ	9	1	90.00
Andere quantitativ	positiv	0	6	100.00
Andere Schnelltests	positiv	1	8	88.89
Total		14	39	92.45

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	4	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	15	0	100.00
Total		94	0	100.00

Cannabinoide	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	5	100.00
Cobas	positiv	0	5	100.00
Protzek	positiv	1	4	80.00
Nal von Minden	positiv	0	11	100.00
SureStep Abbott	positiv	3	12	80.00
Triage 8	positiv	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	1	1	50.00
Intex	positiv	0	8	100.00
Willi Fox	positiv	0	5	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	9	100.00
Clear Test	positiv	1	4	80.00
Triage TOX	positiv	0	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	1	13	92.86
Andere Schnelltests	positiv	2	21	91.30
Total		9	110	92.44

Cocain	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	14	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	100.00
Triage TOX	negativ	9	1	90.00
Andere quantitativ	negativ	14	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	17	1	94.44
Total		99	2	98.02

Methadon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	4	100.00
Cobas	positiv	0	5	100.00
Protzek	positiv	0	4	100.00
Nal von Minden	positiv	0	6	100.00
SureStep Abbott	positiv	5	7	58.33
Triage 8	positiv	0	1	100.00
Intex	positiv	0	3	100.00
Willi Fox	positiv	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positiv	2	7	77.78
Clear Test	positiv	1	3	75.00
Triage TOX	positiv	0	6	100.00
Andere quantitativ	positiv	1	10	90.91
Andere Schnelltests	positiv	1	15	93.75
Total		10	74	88.10

Opiate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	15	1	93.75
Total		96	1	98.97

Phencyclidin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	positiv	0	4	100.00

Paracetamol	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	2	0	100.00

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

Buprenorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	7	0	100.00

EDDP	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	0	8	100.00

Ethylglucuronid ql	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	2	0	100.00

Morphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	21	0	100.00

Kommentar U03

Einem Liter Urin wurden 300 µg Thiopental, 400 µg Pentobarbital, 400 µg THC, 400 µg Methadon, 400 µg Phencyclidin und 400 µg EDDP beigefügt. Barbiturat, Methadon, Cannabis und Phencyclidin sollten positiv sein, alle anderen Analysen negativ.

K08 Herzinfarktmarker h232

Troponin T qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	2	15	88.24

Troponin T CR pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Cobas h 232	positiv	7	560	98.77

Troponin I qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	positiv	0	2	100.00