



G3/G4 Gerinnung erweitert 2023-3

Anleitung

- Die Zahlen entsprechen der Anzahl Teilnehmer, welche dieses Resultat abgegeben haben
- Die eingerahmten Felder zeigen, welches Resultat Ihr Labor eingereicht hat.
- Die quantitativen Resultate sind in der normalen Auswertung integriert. Die „Zielwerte“ werden aus dem Teilnehmermittel nach Ausreisserelimination gebildet.
- Bei der Thrombinzeit wird nur die Interpretation ausgewertet.

Interpretation der Resultate

Keine Antikoagulation		Normal	Grenzwert	Abnormal
G3	PTT	22	2	0
G3	Thrombinzeit	24	1	0

Heparintherapie		Kein Heparin	Subtherap.	Therap.	Zu stark
G4	PTT	0	0	1	20
G4	Thrombinzeit	0	0	2	20

14.09.2023nka

Verteilung aller aPTT Resultate

Aufgrund der grossen Streuung der quantitativen Resultate lässt sich der Zielwert nur schwer berechnen. Deshalb haben wir zusätzlich alle Resultate in Form eines Histogramms dargestellt.

