

Bericht MQ 2024/1 Qualitative Auswertungen

Zusammenfassung

Probe	Resultate	gut	% gut
I09 Allergologie Immunocap RAPID	5176	4864	93.97
S01 Okkultes Blut im Stuhl	189	188	99.47
U02 Urin Teststreifen/HCG	1208	1191	98.59
U03 Urin Drogen	811	792	97.66
Total	7384	7035	95.27

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Katze	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	20	1	508	96.03

T3 Birke	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	505	0	10	98.06

W6 Beifuss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	510	4	3	98.65

G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	481	16	17	93.58

F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	40	0	1	97.56

i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	470	2	2	99.16

E5 Hund	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/pos	207	101	217	60.57

T9 Olive	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	512	1	2	99.42

W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	511	2	2	99.22

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	501	8	7	97.09

F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	41	0	0	100.00

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	467	4	3	98.52

S01 Okkultes Blut im Stuhl

Blut im Stuhl	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Haemoccult	positiv	0	3	100.00
Hemofec	positiv	0	2	100.00
Colo-Rectal Test	positiv	0	23	100.00
Hexagon OBTI	positiv	0	28	100.00
Epi Tuub	positiv	0	4	100.00
andere Meth. immunologisch	positiv	1	76	98.70
I-Colo-Rectal Test	positiv	0	52	100.00
Total		1	188	99.47

Kommentar S01

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut. Alle Tests sollten "positiv" sein.

U02 Urin Teststreifen/HCG

HCG	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1189	3	14	98.59
andere Methoden	negativ	1	0	0	100.00
hCG+, Abbott	negativ	1	0	0	100.00
Total		1191	3	14	98.59

Kommentar U02

Der Urin stammte von gesunden Spendern dem Blut zugefügt wurde.

U03 Urin Drogen

Methamphetamin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	12	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	28	0	100.00
Nal von Minden	negativ	6	0	100.00
Total		48	0	100.00

Methaqualon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

TCA	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage 8	negativ	3	0	100.00
Triage TOX	negativ	11	0	100.00
Alle Methoden	negativ	18	0	100.00
Total		32	0	100.00

LSD	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	3	0	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Cobas	negativ	6	0	100.00
Protzek	negativ	7	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	14	0	100.00
Triage 8	negativ	4	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	6	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	0	100.00
Total		98	0	100.00

Barbiturate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	2	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	0	100.00
Triage 8	negativ	4	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	0	100.00
Clear Test	negativ	1	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	9	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	7	0	100.00
Total		60	0	100.00

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Cobas	negativ	6	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	13	0	100.00
Triage 8	negativ	4	0	100.00
Intex	negativ	4	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	0	100.00
Total		98	0	100.00

Cannabinoide	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	6	100.00
Cobas	positiv	0	6	100.00
Protzek	positiv	2	6	75.00
Nal von Minden	positiv	2	9	81.82
SureStep Abbott	positiv	3	13	81.25
Triage 8	positiv	0	4	100.00
Syva Rapid Test	positiv	1	1	50.00
Intex	positiv	3	3	50.00
Willi Fox	positiv	0	9	100.00
MD Doctors Direct	positiv	2	6	75.00
Clear Test	positiv	1	5	83.33
Triage TOX	positiv	0	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	1	16	94.12
Andere Schnelltests	positiv	0	14	100.00
Total		15	108	87.80

Cocain	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	5	100.00
Cobas	positiv	0	6	100.00
Protzek	positiv	2	6	75.00
Nal von Minden	positiv	0	8	100.00
SureStep Abbott	positiv	0	15	100.00
Triage 8	positiv	0	4	100.00
Syva Rapid Test	positiv	0	1	100.00
Intex	positiv	0	3	100.00
Willi Fox	positiv	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	7	100.00
Clear Test	positiv	0	5	100.00
Triage TOX	positiv	0	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	0	17	100.00
Andere Schnelltests	positiv	0	13	100.00
Total		2	104	98.11

Methadon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Cobas	negativ	6	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	100.00
Nal von Minden	negativ	5	1	83.33
SureStep Abbott	negativ	13	0	100.00
Triage 8	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	100.00
Triage TOX	negativ	6	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	14	0	100.00
Total		86	1	98.85

Opiate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Cobas	negativ	6	0	100.00
Protzek	negativ	7	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	1	87.50
SureStep Abbott	negativ	12	0	100.00
Triage 8	negativ	4	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	17	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	0	100.00
Total		100	1	99.01

Phencyclidin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	5	0	100.00

Paracetamol	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	0	4	100.00

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	0	100.00

Buprenorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	6	0	100.00

EDDP	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	11	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	0	2	100.00

Morphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	21	0	100.00

Kommentar U03

Einem Liter Urin wurden 12080 µg Paracetamol, 200 µg THC-COOH, 600 µg Cocain, 600 µg Benzoyllecgonin und ca. 553 mg Ethanol beigelegt. Cannabinoide, Paracetamol und Cocain müssen positiv sein.