

Bericht U03 Urin Drogen**Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	2	2	100.00

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	5	100.00
Cobas	negativ	6	6	100.00
Protzek	negativ	7	7	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	14	14	100.00
Triage 8	negativ	4	4	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	6	86.00
Clear Test	negativ	4	4	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	14	12	86.00
Total		101	98	97.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Andere Schnelltests	negativ	30	28	93.00
Total		44	42	95.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	21	21	100.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	2	2	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	9	100.00
Triage 8	negativ	4	4	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	3	100.00
Clear Test	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	9	9	100.00
Andere Schnelltests	negativ	9	7	78.00
Total		62	60	97.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	5	100.00
Cobas	negativ	6	6	100.00
Protzek	negativ	6	6	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	13	13	100.00
Triage 8	negativ	4	4	100.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	7	88.00
Clear Test	negativ	4	4	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	14	12	86.00
Total		101	98	97.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	6	6	100.00
Cobas	positiv	6	6	100.00
Protzek	positiv	8	6	75.00
Nal von Minden	positiv	11	9	82.00
SureStep Abbott	positiv	16	13	81.00
Triage 8	positiv	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positiv	2	1	50.00
Intex	positiv	6	3	50.00
Willi Fox	positiv	9	9	100.00
MD Doctors Direct	positiv	9	6	67.00
Clear Test	positiv	6	5	83.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	17	16	94.00
Andere Schnelltests	positiv	16	14	88.00
Total		126	108	86.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	5	5	100.00
Cobas	positiv	6	6	100.00
Protzek	positiv	8	6	75.00
Nal von Minden	positiv	8	8	100.00
SureStep Abbott	positiv	15	15	100.00
Triage 8	positiv	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positiv	1	1	100.00
Intex	positiv	3	3	100.00
Willi Fox	positiv	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	8	7	88.00
Clear Test	positiv	5	5	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	17	17	100.00
Andere Schnelltests	positiv	15	13	87.00
Total		109	104	95.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	5	100.00
Cobas	negativ	6	6	100.00
Protzek	negativ	6	6	100.00
Nal von Minden	negativ	6	5	83.00
SureStep Abbott	negativ	13	13	100.00
Triage 8	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	7	88.00
Clear Test	negativ	4	4	100.00
Triage TOX	negativ	6	6	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	13	100.00
Andere Schnelltests	negativ	16	14	88.00
Total		90	86	96.00

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	11	11	100.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	5	100.00
Cobas	negativ	6	6	100.00
Protzek	negativ	7	7	100.00
Nal von Minden	negativ	8	7	88.00
SureStep Abbott	negativ	12	12	100.00
Triage 8	negativ	4	4	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	7	88.00
Clear Test	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	17	17	100.00
Andere Schnelltests	negativ	14	12	86.00
Total		104	100	96.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	4	4	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	6	6	100.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	2	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	5	5	100.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Alle Methoden	negativ	20	18	90.00
Total		34	32	94.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	3	3	100.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00

Morphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	3	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden 12080 µg Paracetamol, 200 µg THC-COOH, 600 µg Cocain, 600 µg Benzoyllecgonin und ca. 553 mg Ethanol beigefügt. Cannabinoide, Paracetamol und Cocain müssen positiv sein.