

**Rapporto MQ 2024/3 Microbiologia: Diagnostica molecolare****Sommario**

<b>Campione</b>	<b>Risultati</b>	<b>buono</b>	<b>% buono</b>
B11 Chlamydia trachomatis/Nesseria gonorrhoea	97	97	100.00
B12 Staphylococcus aureus, MRSA	37	37	100.00
B13 Clostridium difficile	83	83	100.00
B14 Streptococcus group B	40	40	100.00
B15 Norovirus	67	67	100.00
B16 Influenzavirus/RSV	173	169	97.69
B17 Mycobacterium tuberculosis	28	28	100.00
B18 Gastrointestinal Panel NAT	1010	1007	99.70
B19 Respiratory Panel NAT	912	910	99.78
B23 Meningitis Panel NAT	521	518	99.42
B25 Carba-R	40	40	100.00
B26 Enterovirus	5	5	100.00
B29 VanA/VanB	20	20	100.00
B31 SARS-CoV-2	76	76	100.00
B36 SARS-CoV2+Flu+RSV	171	170	99.42
<b>Total</b>	<b>3280</b>	<b>3267</b>	<b>99.60</b>

**B11 Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae**

<b>Chlamydia trachomatis (CT)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	31	0	100.00
altri metodi	negativo	17	0	100.00
<b>Total</b>		<b>48</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Neisseria gonorrhoeae (NG)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	31	0	100.00
altri metodi	negativo	18	0	100.00
<b>Total</b>		<b>49</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

**B12 Staphylococcus aureus, MRSA**

<b>Staphylococcus aureus (SA)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	positivo	0	3	100.00

<b>MRSA</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	positivo	0	34	100.00

**B13 Clostridium difficile**

<b>Clostridium difficile</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	positivo	0	28	100.00
altri metodi	positivo	0	1	100.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>29</b>	<b>100.00</b>

<b>Binary Toxin</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	non valutabile	9	18	100.00

<b>Ribotipo 027</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	27	0	100.00

**Commento B13**

*Il valore di Ct della tossina binaria era vicino al limite decisionale, pertanto non abbiamo valutato questa analisi.*

**B14 Streptococcus group B**

<b>Streptococco Gruppo B</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	37	0	100.00
altri metodi	negativo	3	0	100.00
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

**B15 Norovirus**

---

<b>Norovirus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
altri metodi	positivo	0	1	100.00
Genexpert	positivo	0	66	100.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>67</b>	<b>100.00</b>

---

**B16 Influenzavirus/RSV**

<b>Influenza A</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	positivo	3	44	93.62
Abbott ID NOW	positivo	0	3	100.00
cobas Liat	positivo	0	3	100.00
altri metodi	positivo	0	6	100.00
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>56</b>	<b>94.92</b>

<b>Influenza B</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	47	1	97.92
Abbott ID NOW	negativo	3	0	100.00
cobas Liat	negativo	3	0	100.00
altri metodi	negativo	6	0	100.00
<b>Total</b>		<b>59</b>	<b>1</b>	<b>98.33</b>

<b>RSV</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	47	0	100.00
cobas Liat	negativo	2	0	100.00
altri metodi	negativo	5	0	100.00
<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

**B17 Mycobacterium tuberculosis**

<b>Mycobacterium tuberculosis</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	positivo	0	20	100.00

<b>Resistenza alla rifampicina (RIF)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	8	0	100.00

**B18 Gastrointestinal Panel NAT**

<b>Adenovirus F40/41</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00
Seegene	negativo	2	0	100.00
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Aeromonas</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Seegene	negativo	5	0	100.00

<b>Astrovirus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00
Seegene	negativo	2	0	100.00
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Blastocystis hominis</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Seegene	negativo	6	0	100.00

<b>Campylobacter</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	12	0	100.00
Seegene	negativo	8	0	100.00
BD MAX	negativo	4	0	100.00
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Clostridium difficile</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	positivo	0	27	100.00
QIAstat-DX	positivo	0	12	100.00
Seegene	positivo	0	6	100.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>45</b>	<b>100.00</b>

<b>Cryptosporidium</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00
Seegene	negativo	8	0	100.00
<b>Total</b>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Cyclospora cayetanensis</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	26	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00
Seegene	negativo	8	0	100.00
<b>Total</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Dientamoeba fragilis</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Seegene	negativo	6	0	100.00

<b>E. coli (EAEC)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00
Seegene	negativo	6	0	100.00
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>E. coli (EIEC) / Shigella</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	positivo	0	28	100.00
QIAstat-DX	positivo	0	12	100.00
Seegene	positivo	1	7	87.50
BD MAX	positivo	0	4	100.00
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>51</b>	<b>98.08</b>

<b>E. coli (EPEC)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	26	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	10	0	100.00
Seegene	negativo	7	0	100.00
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>E. coli (ETEC)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	28	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00
Seegene	negativo	7	0	100.00
BD MAX	negativo	2	0	100.00
<b>Total</b>		<b>48</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>E. coli (STEC)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	28	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	12	0	100.00
Seegene	negativo	7	0	100.00
BD MAX	negativo	4	0	100.00
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>E. coli O157</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	20	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	9	0	100.00
Seegene	negativo	7	0	100.00
<b>Total</b>		<b>36</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Entamoeba histolytica</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	26	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00
Seegene	negativo	8	0	100.00
<b>Total</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Giardia lamblia</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00
Seegene	negativo	8	0	100.00
<b>Total</b>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Norovirus GI/GII</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	28	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	12	0	100.00
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Norovirus GI</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Seegene	negativo	2	0	100.00

<b>Norovirus GII</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Seegene	negativo	2	0	100.00

<b>Plesiomonas shigelloides</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	28	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00
BD MAX	negativo	2	0	100.00
<b>Total</b>		<b>41</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Rotavirus A</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	positivo	0	28	100.00
QIAstat-DX	negativo	12	0	100.00
Seegene	positivo	0	2	100.00
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>30</b>	<b>100.00</b>

<b>Salmonella</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	12	0	100.00
Seegene	negativo	8	0	100.00
BD MAX	negativo	4	0	100.00
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Sapovirus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00
Seegene	negativo	2	0	100.00
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Vibrio</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
Seegene	negativo	7	0	100.00
BD MAX	negativo	2	0	100.00
<b>Total</b>		<b>36</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Vibrio cholerae</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Vibrio parahaemolyticus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00

<b>Vibrio vulnificus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
QIAstat-DX	negativo	10	0	100.00

<b>Yersinia enterocolitica</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	25	2	92.59
QIAstat-DX	negativo	12	0	100.00
Seegene	negativo	7	0	100.00
BD MAX	negativo	2	0	100.00
<b>Total</b>		<b>46</b>	<b>2</b>	<b>95.83</b>

**B19 Respiratory Panel NAT**

<b>Adenovirus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	33	1	97.06
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>46</b>	<b>1</b>	<b>97.87</b>

<b>Bocavirus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00

<b>Bordetella parapertussis</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	32	0	100.00
Seegene	negativo	1	0	100.00
<b>Total</b>		<b>33</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Bordetella pertussis</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	positivo	0	31	100.00
QIAstat-DX	positivo	0	13	100.00
Seegene	positivo	0	1	100.00
MDX liaison DiaSorin	positivo	0	2	100.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>47</b>	<b>100.00</b>

<b>Chlamydophila pneumoniae</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	33	0	100.00
Seegene	negativo	2	0	100.00
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Coronavirus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	3	0	100.00

<b>Coronavirus 229E</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	31	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Coronavirus HKU1</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	31	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Coronavirus NL63</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	31	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Coronavirus OC43</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	31	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
Seegene	negativo	1	0	100.00
<b>Total</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Haemophilus influenzae</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Seegene	negativo	1	0	100.00

<b>Influenza A</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	34	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>47</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Influenza B</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	34	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>47</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Legionella pneumophila</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
QIAstat-DX	negativo	11	0	100.00

<b>MERS-CoV</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	32	0	100.00

<b>Metapneumovirus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	positivo	0	34	100.00
QIAstat-DX	positivo	0	13	100.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>47</b>	<b>100.00</b>

<b>Mycoplasma pneumoniae</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	34	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
Seegene	negativo	2	0	100.00
<b>Total</b>		<b>49</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Parainfluenza</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	3	0	100.00

<b>Parainfluenza Virus 1</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	31	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Parainfluenza Virus 2</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	31	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Parainfluenza Virus 3</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	31	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Parainfluenza Virus 4</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	31	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Respiratory Syncytial Virus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	34	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>47</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Rhinovirus/Enterovirus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	34	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	13	0	100.00
<b>Total</b>		<b>47</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>SARS-Cov-2</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	positivo	0	31	100.00
QIAstat-DX	positivo	1	11	91.67
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>42</b>	<b>97.67</b>

<b>Chlamydomphila pneumoniae</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
QIAstat-DX	negativo	8	0	100.00

<b>Streptococcus pneumoniae</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Seegene	negativo	1	0	100.00

**B23 Meningitis Panel NAT**

<b>Cryptococcus neoformans/gatt</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	26	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	6	0	100.00
<b>Total</b>		<b>32</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Cytomegalievirus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	29	0	100.00
Seegene	negativo	2	0	100.00
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Enterovirus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	8	0	100.00
Seegene	negativo	1	0	100.00
<b>Total</b>		<b>36</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Escherichia coli K1</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	28	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	6	0	100.00
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Haemophilus influenzae</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	28	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	6	0	100.00
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Herpes-simplex-Virus 1</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	28	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	8	1	88.89
Seegene	negativo	2	0	100.00
MDX liaison DiaSorin	negativo	5	0	100.00
Altri metodi NAT	negativo	3	0	100.00
<b>Total</b>		<b>46</b>	<b>1</b>	<b>97.87</b>

<b>Herpes-simplex-Virus 2</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	positivo	0	28	100.00
QIAstat-DX	positivo	0	9	100.00
Seegene	positivo	0	2	100.00
MDX liaison DiaSorin	positivo	1	4	80.00
Altri metodi NAT	positivo	0	3	100.00
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>46</b>	<b>97.87</b>

<b>Herpesvirus umano 6 (HHV-6)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	7	0	100.00
Seegene	negativo	1	0	100.00
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Listeria monocytogenes</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	28	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	6	0	100.00
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Mycoplasma pneumoniae</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
QIAstat-DX	positivo	0	5	100.00

<b>Neisseria meningitidis</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	28	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	6	0	100.00
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Parechovirus</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	26	1	96.30
QIAstat-DX	negativo	6	0	100.00
Seegene	negativo	1	0	100.00
<b>Total</b>		<b>33</b>	<b>1</b>	<b>97.06</b>

<b>Streptococcus agalactiae</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	positivo	0	28	100.00
QIAstat-DX	positivo	0	6	100.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>

<b>Streptococcus pneumoniae</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	28	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	6	0	100.00
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Streptococcus pyogenes</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
QIAstat-DX	negativo	6	0	100.00

<b>Virus Varicella-Zoster</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Biofire/Filmarray	negativo	27	0	100.00
QIAstat-DX	negativo	9	0	100.00
Seegene	negativo	2	0	100.00
MDX liaison DiaSorin	negativo	3	0	100.00
Altri metodi NAT	negativo	3	0	100.00
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

**B25 Carba-R**

---

<b>Carba-R (IMP1)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	8	0	100.00

---

<b>Carba-R (VIM)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	8	0	100.00

---

<b>Carba-R (NDM)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	8	0	100.00

---

<b>Carba-R (KPC)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	8	0	100.00

---

<b>Carba-R (OXA48)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	positivo	0	8	100.00

---

**B26 Enterovirus**

<b>Enterovirus (Xpert)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	positivo	0	5	100.00

**B29 VanA/VanB**

<b>VRE Van A</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	positivo	0	10	100.00

<b>VRE Van B</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	10	0	100.00

**B31 SARS-CoV-2**

<b>SARS-CoV-2</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	50	0	100.00
MDX liaison DiaSorin	negativo	9	0	100.00
cobas Liat	negativo	5	0	100.00
altri metodi	negativo	12	0	100.00
<b>Total</b>		<b>76</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

**B36 SARS-CoV2+Flu+RSV**

<b>SARS CoV-2</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	36	0	100.00
altri metodi	negativo	9	0	100.00
<b>Total</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Influenza A</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	positivo	1	33	97.06
altri metodi	positivo	0	9	100.00
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>42</b>	<b>97.67</b>

<b>Influenza B</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	33	0	100.00
altri metodi	negativo	10	0	100.00
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>RSV</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Genexpert	negativo	33	0	100.00
altri metodi	negativo	7	0	100.00
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>