Anleitung Ringversuchsprobe messen mit Triage MeterPro

Analyse	Probe	Material und Einstellung am Gerät:
D-Dimer	G06	Patientenmodus, Plasma
Troponin I	K41	Pateintenmodus, Plasma
BNP, NT-proBNP	K41	Patientenmodus, Plasma

Vorbereitung:

- Den Ringversuch nach Erhalt im Kühlschrank bei 2 – 8°C lagern
- Vor Gebrauch die Probe auf Raumtemperatur bringen
- Proben gut mischen