Anleitung Ringversuch messen mit Afinion

Test	Probe
CRP	I1
HbA1c	K3
Albumin, Kreatinin	U5
Cholesterin, HDL, Triglyceride	K30

Alle Ringversuchsproben im Patientenmodus messen

HbA1c

- Probe muss sehr gut gemischt werden (20-30 x drehen und über den Deckel kippen, bis keine Zellen mehr am Boden oder im Deckel haften).
- Bitte führen Sie die Bestimmung so schnell wie möglich durch (frisches Vollblut).

Lipide

- Achten Sie bei der Resultatabgabe, dass Sie den korrekten HDL-Wert abgeben (nicht den Chol/HDL-Quotienten)