



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

CoaguChek XS Plus



Analyse	Probe	Modus
INR	G11	Patiententest (Bild 1)



Den gesamten Inhalt der Lösung in das Lyophilisat-Fläschchen geben, mischen und direkt messen. Die Probe ist dann für weitere 10 Minuten stabil.



Bild 1: Modus Patiententest