



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

microINR expert



Analyse	Probe	Modus
INR	G14	Qualität -> EQA

⚠ Den gesamten Inhalt der Lösung in das Lyophilisat-Fläschchen geben, mischen und 5 Minuten stehen lassen. Probe ist dann für weitere 10 Minuten stabil.